

Κύριοι,

Δια της παρούσης υποβάλλουμε παρακάτω τις παρατηρήσεις μας επί των προδιαγραφών για το Είδος 13.
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΩΡΛ:

Παρατηρήσεις:

- Ενότητα των τεχνικών Προδιαγραφών «Α' – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ».
- Ζητείται στην παράγραφο 8: «Να διαθέτει δυνατότητα μελλοντικής τοποθέτησης
βιντεοκάμερας του ιδίου κατασκευαστή χωρίς επιπλέον εξαρτήματα»

Τα περισσότερα μικροσκόπια δεν μπορούν να δεχθούν επιπλέον εξαρτήματα χωρίς να έχουν ενσωματωθεί από την στιγμή της κατασκευής τους. Συνεπώς προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής όπως παρακάτω:

«Να προσφερθεί προς επιλογή αντάπτορας για δυνατότητα μελλοντικής τοποθέτησης βιντεοκάμερας του
ιδίου κατασκευαστή χωρίς επιπλέον εξαρτήματα »

Πάντοτε στη διάθεσή σας παραμένουμε.

Με εκτίμηση,

Θρασύβουλος Σπανίδης