

Όνομα GETRIMENT ΕΠΕ Email sales@getremed.gr Άρθρο Υποβολή προτάσεων –
παρατηρήσεων για την Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια
Εξεταστικής μονάδας ΩΡΛ Ημ/νία 30/10/2017

Κύριοι,

Σε συνέχεια της πρόσκλησης του Νοσοκομείου σας σχετικά με την Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Εξεταστικής μονάδας ΩΡΛ, θα θέλαμε να σας παραθέσουμε τις παρατηρήσεις – προτάσεις μας.

Αναλυτικότερα,

4. Να διαθέτει σύστημα πεπιεσμένου αέρα έως 2 bar τουλάχιστον ρυθμιζόμενο με ένδειξη πίεσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με politzer.

Προτείνεται:

Να αναγράφεται να διαθέτει σύστημα πεπιεσμένου αέρα έως 2 - 3 bar τουλάχιστον ρυθμιζόμενο με ένδειξη πίεσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με politzer.

Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Δια την GETRIMENT ΕΠΕ.