

Όνομα ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε. Email [idiakou@protoncy.gr](mailto:idiakou@protoncy.gr) Άρθρο Σχόλια επί της Β' Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 Ημ/νία 31/10/2017

Προς  
Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής  
Αρ. Πρωτ.: 0000000382  
Αθήνα 31 Οκτωβρίου 2017

Θέμα: Ανοιχτή Β' Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020

Αξιότιμοι κύριοι,  
Σχετικά με την ως άνω διαβούλευση και όσον αφορά στο είδος 29. ΣΥΣΚΕΥΗ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΩΡΛ, ακολουθούν τα σχόλια της εταιρίας μας.

Προτείνουμε: Για λόγους ασφαλείας αλλά και επαναληψιμότητας των αποτελεσμάτων της επέμβασης στις ρινικές κόγχες, η συσκευή να διαθέτει αυτόματο σύστημα διακοπής της παροχής ενέργειας, όταν το αποτέλεσμα της συρρίκνωσης είναι ικανοποιητικό.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας.

Με εκτίμηση  
Πάρης Αλεξανδρίδης  
Product Specialist  
Olympus SE Division