

Όνομα ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ Email info@papapostolou.gr Άρθρο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΟΣ 3. ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΙΜΑΚΤΟ Ημ/νία 31/10/2017 Αξιότιμοι κύριοι,

Δια της παρούσης υποβάλλουμε παρακάτω τις παρατηρήσεις μας επί των προδιαγραφών για το ΕΙΔΟΣ 3. ΑΝΑΙΜΑΚΤΟ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ:

Παρατηρήσεις:

1. Στην παράγραφο 2 ζητείται:

«2. Να διαθέτει LCD οθόνη αφής για την απεικόνιση των στοιχείων μέτρησης. Η ψηφιακή ένδειξη να είναι σε μονάδες mg/dL και σε μmol/L...»

Για να μπορεί να συμμετάσχει ισότιμα η εταιρεία μας και να μην υπάρχουν ασάφειες κατά την τεχνική αξιολόγηση προτείνουμε:

«2. Να διαθέτει LCD οθόνη για την απεικόνιση των στοιχείων μέτρησης. Η ψηφιακή ένδειξη να είναι σε μονάδες mg/dL ή/και σε μmol/L...»

2. Στην παράγραφο 3 ζητείται:

«3. Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Να συνοδεύεται από βάση για τη φόρτισή της. Να αναφερθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας προς αξιολόγηση».

Ο αριθμός των μετρήσεων με τρεις μπαταρίες εμπορίου AAA είναι τουλάχιστον 100.000. Για να μπορεί να συμμετάσχει ισότιμα η εταιρεία μας και να μην υπάρχουν ασάφειες κατά την τεχνική αξιολόγηση προτείνουμε:

«3. Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή μπαταρίες εμπορίου. Να συνοδεύεται από βάση για τη φόρτισή της και να αναφερθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας προς αξιολόγηση σε περίπτωση λειτουργίας με επαναφορτιζόμενη μπαταρία».

3. Στην παράγραφο 7 ζητείται:

«7. Να διαθέτει μνήμη των τελευταίων μετρήσεων που έχουν εκτελεστεί ».

Για να μπορεί να συμμετάσχει ισότιμα η εταιρεία μας και να μην υπάρχουν ασάφειες κατά την τεχνική αξιολόγηση προτείνουμε:

«7. Επιθυμητό να διαθέτει μνήμη των τελευταίων μετρήσεων που έχουν εκτελεστεί ».

4. Στην παράγραφο 8 ζητείται:

« 8. Να διαθέτει δυνατότητα σάρωσης barcode για αναγνώριση των νεογνών»

Για να μπορεί να συμμετάσχει ισότιμα η εταιρεία μας και να μην υπάρχουν ασάφειες κατά την τεχνική αξιολόγηση προτείνουμε:

« 8. Επιθυμητό να διαθέτει δυνατότητα σάρωσης barcode για αναγνώριση των νεογνών»

5. Επίσης για διασφάλιση της ποιότητας του συστήματος προτείνουμε την προσθήκη της παρακάτω προδιαγραφής: «Να έχει συντελεστή συσχέτισης της συγκέντρωσης χολερυθρίνης στο πλάσμα (επεμβατική μέτρηση) και αναίμακτης μέτρησης όχι μικρότερη από 0.92».

Με εκτίμηση,

Θρασύβουλος Σπανίδης

Τμήμα Πωλήσεων