

Αξιότιμοι κύριοι,

Δια της παρούσης υποβάλλουμε πιο κάτω τις παρατηρήσεις μας στις προδιαγραφές για την προμήθεια 30. ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΡΥΘΕΡΑΠΕΙΑΣ:

Παρατηρήσεις:

1. Στην παράγραφο 3 :

Για να προμηθευτείτε σύστημα υψηλών δυνατοτήτων και απόδοσης, και με δεδομένο ότι η προϋπολογιζόμενη δαπάνη επαρκεί για αυτό, προτείνουμε:

«3. Να λειτουργεί με υγρό άζωτο. Να περιγραφεί ο τρόπος λειτουργίας. Επιθυμητό να μην απαιτούνται αναλώσιμα υλικά για τη λειτουργία του.»

. Στην παράγραφο 4 ζητείται:

Για να μπορεί να συμμετάσχει ισότιμα η εταιρεία μας και να μην υπάρχουν ασάφειες κατά την τεχνική αξιολόγηση, και για να προμηθευτείτε σύστημα υψηλών δυνατοτήτων και απόδοσης, και με δεδομένο ότι η προϋπολογιζόμενη δαπάνη επαρκεί για αυτό, προτείνουμε:

«4. Να διαθέτει παροχή κρούου αέρα, ρυθμιζόμενη έως τουλάχιστον τέσσερα επίπεδα ροής και θερμοκρασία έως τουλάχιστον -150 οC».

Με εκτίμηση,

Θρασύβουλος Σπανίδης

Τμήμα Πωλήσεων

Όνομα ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΡΑΛΗ
Ημ/νία 26/10/2017

Email diag@serinth.gr Άρθρο 30. Συσκευή Κρυοθεραπείας

Προτείνουμε η τεχνική προδιαγραφή Νο4 να διαμορφωθεί ως εξής:

«4. Να διαθέτει παροχή κρύου αέρα, ρυθμιζόμενης ροής έως τουλάχιστον 1500 λίτρα/λεπτό και θερμοκρασία έως τουλάχιστον -32°C. Να αναφερθούν τα εύρη προς αξιολόγηση.»

Αιτιολογία: Η υψηλότερη ροή αέρα προσφέρει πιο άμεση επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας καθιστώντας μικρότερο τον συνολικό χρόνο εφαρμογής, επιτρέποντας την εκτέλεση περισσότερων θεραπειών σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα. Αυτό το χαρακτηριστικό αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα σε χώρους που εξυπηρετούν μεγάλο πλήθος ασθενών.

Αναζήτηση Διαβουλεύσεων