

Όνομα Νετκίδου      Email profi@netko.gr    Άρθρο 37 Πλυντήρια υποδημάτων  
χειρουργείου    Ημ/νία 27/04/2017

Θα προτείνουμε την προσθήκη των κάτωθι προδιαγραφών οι οποίες αποτελούν κύρια χαρακτηριστικά διασφάλισης της ποιότητας κατασκευής του μηχανήματος υπό προμήθεια :

- Η πλύση των σαμπό να γίνεται από τους βραχίονες με αντλία ανακύκλωσης νερού με μοτέρ ρυθμιζόμενης ταχύτητας περιστροφής για ήπια & ακριβή λειτουργία
- Να διαθέτει έλεγχο πίεσης των μπεκ και κίνησης των βραχιόνων για την απρόσκοπτη λειτουργία
- Η συνολική ισχύς σύνδεσης να είναι τουλάχιστον 9 kW (αντιστάσεις + μοτέρ)