

Είδος μεμβράνης φίλτρου	Επιφάνεια μεμβράνης φίλτρου σε m ²	KUF/m ² < ή > των 20ml/h.mm Hg	Καθάρσεις ουσιών (>.....) σε ml/min με Qb300ml/min και Qd500ml/min					ΚοΑ >...	Συντελεστής διαβατότητας B ₂ -M	Ομάδα	Είδος αποστείρωσης	ΠΟΣΟΤΗΤΑ		
			Ουρία	Κρεατινίνη	Φωσφορικά	Βιτ. B ₁₂	Ινουλίνη							
LOW														
HELIXONE	1,8	14	193	181	170	121	-	976	-	B2	Ατμός	20		
SYNPHAN	2,1	10,95	273	253	234	144	-	1214	-	B2	Electron beam		✓	
POLYSIUM	2	16,2	195-275	189-249	170-212	121-137	-	1260	-	B2	Ατμός			

Όλα τα παραπάνω φίλτρα αιμοκάθαρσης συνοδεύονται από αρτηριακή-φλεβική γραμμή, κατάλληλη για τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης που διαθέτουν οι Μονάδες Τεχνητού Νεφρού

10/11/08

4^η Υ.Π.Ε.
ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΣΜΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΥΝΟΜΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΦΗΣ Ν.Ι.Θ.
Α.Κ.Α. 315566369478 ΤΕΛΕΥ: 44447