

Είδος μεμβράνης φίλτρου	Επιφάνεια μεμβράνης φίλτρου σε m ²	KUF/m ² < ή > των 20ml/h.mm Hg	Καθάρσεις ουσιών (>.....) σε ml/min με Qb300ml/min και Qd500ml/min					KoA >....	Συντελεστή ς διαβατότη ας B2-M	Είδος αποστείρω σης	Είδος αποστείρω σης	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
			Ουρία	Κρεατινίνη	Φωσφορικά	Βιτ.Β ₁₂	Ινουλίνη						
HIGH													
PEPA	1,2	45	242	221	206	142	90	736	-	A1	γ-ακτινολογία	20	
Πολυμερισμέ νος πολυεστέρας ή ισοδύναμο	2,1	63	260	244	231	170	113	961	0,88	A1	γ-ακτινολογία		
VITAMIN E (POLYSULPHO NE)	2,1	81	257	246	235	175	-	916	0.7		γ-ακτινοβολία		

Όλα τα παραπάνω φίλτρα αιμοκάθαρσης συνοδεύονται από αρτηριακή-φλεβική γραμμή, κατάλληλη για τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης που διαθέτουν οι Μονάδες Τεχνητού Νεφρού

4^η Υ.ΠΕ.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΗΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΝΤΙΦΛΟΝΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΕΥΚΥΝΤΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΚΥΝΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ε.Γ.Ν.
Π.Κ.Α. 3166650047 Τ.ΕΛ.Υ. 44447