


Είδος μεμβράνης φίλτρου	Επιφάνεια μεμβράνης φίλτρου σε m ²	ΚUF/m ² < ή > των 20ml/h.mmHg	Καθάρσεις ουσιών (>.....) σε ml/min με Qd300ml/min και Qd500ml/min				ΚοΑ γ...	Συντελεστής διαβατότητας B ₂ -M	Ομάδα	Είδος αποστείρωσης	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
			Ουρία	Κρεατίνη	Φωσφορικά	Βιτ. B ₂					
LOW											
HELLXONE	1,8	14	193	181	170	121	-	976	B2	Ατμός	
SYNPHAN	2,1	10,95	273	253	234	144	-	1214	B2	Electron beam	900
POLYSIUM	2	16,2	195-275	189-249	170-212	121-137	-	1260	B2	Ατμός	

Όλα τα παραπάνω φίλτρα αιμοκάθαρσης συνοδεύονται από αφηρητική-φλαβική γραμμή, κατάλληλη για τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης που διαθέτουν οι Μονάδες Τεχνητού Νεφρού


Α. Μ. ΚΑΥ
 ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΝΤΙΛΑΧ
 ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΩΝ ΗΡΦΙΩΝ 10, 44407
 ΔΕΛΦΟΝΙΟΥ 96 ΔΙΡΗΝΕΑΣ, 44447
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 579855077
 Α.Μ.Κ.Α.: 579855077