Είδος μεμβράνης φίλτρου	Επιφάνεια μεμβράνης φίλτρου σε m^2	KUF/m^2 < ή >των 20ml/h.mm Hg	Καθάρσεις ουσιών (>……) σε ml/min με Qb300ml/min και Qd500ml/min					KoA >….	Συντελεστής διαβατότητας B_2-M	Ομάδα	Είδος αποστείρωσης	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
			Ουρία	Κρεατινίνη	Φωσφορικά	Βιτ. B_{12}	Ινουλίνη						
LOW													
HELIXONE	1,8	14	193	181	170	121	-	976	-	B2	Ατμός	20	
SYNPHAN	2,1	10,95	273	253	234	144	-	1214	-	B2	Electron beam		
PMMA	2,1	18	195	185	210	120	-	1065	0	B2	γ-ακτινοβολία		

Όλα τα παραπάνω φίλτρα αιμοκάθαρσης συνοδεύονται από αρτηριακή-φλεβική γραμμή, κατάλληλη για τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης που διαθέτουν οι Μονάδες Τεχνητού Νεφρού

4η Υ.ΠΕ.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΙΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΝΤΗΣ Ν.Υ.Ν.
Α.Μ.Κ.Α.: 31085500478 ΤΣΑΥ: 44447