

Είδος μειβράνης φίλτρου	Επιφάνεια μειβράνης φίλτρου σε m ²	KUF/m ² < ή >των 20ml/h.mmHg	Καθάρσεις ουσιών σε ml/min με Qb 300ml/min και Qd 500ml/min					ΚοΑ	Συντελεστής διαβατότητας B ₂ M	Ομάδα	Είδος αποστείρωσης	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
			Ουρία	Κρεατινίνη	Φωσφορικά	Βιτ. B ₁₂	Ινουλίνη					
LOW												
SYNPHAN	2,1	10,95	273	253	234	144	-	1214	-	B2	Electron beam	
POLYSIUM	2	16,2	195-275	189-249	170-212	121-137	-	1260	-	B2	Ατμός	

Όλα τα παραπάνω φίλτρα αιμοκάθαρσης συνοδεύονται από αρτηριακή-φλεβική γραμμή, κατάλληλη για τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης που διαθέτουν οι Μονάδες Τεχνητού Νεφρού

Είδος μειβράνης φίλτρου	Επιφάνεια μειβράνης φίλτρου σε m ²	KUF/m ² > ή < των 20ml/h.mmHg	Καθάρσεις ουσιών σε ml/min με Qb 300ml/min και Qd 500ml/min					ΚοΑ	Συντελεστής διαβατότητας ς B ₂ -M	Είδος αποστείρωσ	Είδος αποστείρωσ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
			Ουρία	Κρεατινίνη	Φωσφορικά	Βιτ. B ₁₂	Ινουλίνη						
HIGH													
PEPA	1,2	45	242	221	206	142	90	736	-	A1	γ-ακτινοβολία		
	Πολυμερισμένο ς πολυεστέρας ή ισοδύναμο	2,1	63	260	244	231	170	113	961	0,88	A1	γ-ακτινοβολία	400

Όλα τα παραπάνω φίλτρα αιμοκάθαρσης συνοδεύονται από αρτηριακή-φλεβική γραμμή, κατάλληλη για τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης που διαθέτουν οι Μονάδες Τεχνητού Νεφρού



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ
 ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
 ΑΙΕΤΟΝΟΜΗΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
 Α.Μ.Κ.Α.: 31065300478 ΤΕΛΕΥ: 4447