

Είδος μεμβράνης φίλτρου	Επιφάνεια μεμβράνης φίλτρου σε	KUF < ή > των 20ml/h.mm Hg	Καθάρσεις ουσιών σε ml/min με Qd300ml/min και Qd500ml/min					KoA	Συντελεστής διαβατότητ	Ομάδα	Είδος αποστείρωσης	Συνοδές γραμμές για μηχανήμα	Ποσότητα	
SYNPHAN	2,1	10,95	273	253	234	LOW	144	-	1214	-	B2	Electron beam	*	700
Πολυσουλφονή ή ισοδύναμο dry	2,2	21	259	230	208		131	-	945	-		Moist heat	*	200

*Όλα τα παραπάνω φίλτρα αμμοκάθαρσης συνοδεύονται από αρτηριακή-φλεβική νοσηρή κατάλληλη για το υλικό.

*Όλα τα παραπάνω φίλτρα αιμοκάθαρσης συνοδεύονται από αρτηριακή-φλεβική γραμμή, κατάλληλη για τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης που διαθέτουν οι Μονάδες Τεχνητού Νεφρού.

Είδος μεμβράνης φίλτρου	Επιφάνεια μεμβράνης φίλτρου σε m^2	KUF < ή > των 20ml/h.mm	Καθάρσεις ουσιών σε ml/min με Qd300ml/min και Qd500ml/min					KoA	Συντελεστής διαβατότητας B2-M	Ομάδα	Συνοδές γραμμές για μηχανήμα TN	Συντελεστής διαβατότητας Αλβουμίνης	Συντελεστής διαβατότητας Ινουλίνη	Είδος αποστείρωσης	Ποσότητα
Polysulfon τύπου VitaSulfon Υψηλής Ποιότητας Πολυμερισμένος εστέρας ή ισοδύναμο	2,1	38,57	283	267	261	180	HIGH	1527	0,8	A2	*	<0,01	1	Electron beam	200
	2,1	63	260	244	231	170		113	961	0,88	-	*	-	ακτινοβολία	200

*Όλα τα παραπάνω φίλτρα αιμοκάθαρσης συνοδεύονται από αρτηριακή-φλεβική γραμμή, κατάλληλη για τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης που διαθέτουν οι Μονάδες Τεχνητού Νεφρού.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΝΚΑ: 161840400 ΤΣΑΥ: 67392