

| Είδος μεμβράνης φίλτρου | Επιφάνεια μεμβράνης φίλτρου σε $m^2$ | KUF < ή > των 20ml/h.mm Hg | Καθάρσεις ουσιών σε ml/min με Qb300ml/min και Qd500ml/min |          |           |         |          | KoA  | Συντελεστής διαβατότητας | Ομάδα | Είδος αποστείρωσης | Συνοδές γραμμές για μηχάνημα | Ποσότητα |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|----------|------|--------------------------|-------|--------------------|------------------------------|----------|
|                         |                                      |                            | Ουρία                                                     | Κρεατίνη | Φωσφορικά | Βιτ.Β12 | Ινουλίνη |      |                          |       |                    |                              |          |
| POLYSIUM)               | 2                                    | 16,2                       | 195-275                                                   | 189-249  | 170-212   | 121-137 | -        | 1260 | -                        | B2    | ατμός              | *                            | 120      |
| SYNPHAN                 | 2,1                                  | 10,95                      | 273                                                       | 253      | 234       | 144     | -        | 1214 | -                        | B2    | Electron beam      | *                            |          |

\*Όλα τα παραπάνω φίλτρα αιμοκάθαρσης συνοδεύονται από αρτηριακή-φλεβική γραμμή, κατάλληλη για τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης που διαθέτουν οι Μονάδες Τεχνητού Νεφρού.

| Είδος μεμβράνης φίλτρου            | Επιφάνεια μεμβράνης φίλτρου σε $m^2$ | KUF < ή > των 20ml/h.mm | Καθάρσεις ουσιών σε ml/min με Qb300ml/min και Qd500ml/min |          |           |         |          | KoA | Συντελεστής διαβατότητας B2-M | Ομάδα | Συνοδές γραμμές για μηχάνημα TN | Συντελεστής διαβατότητας Αλβουμίνης | Συντελεστής διαβατότητας Ινουλίνη | Είδος αποστείρωσης | Ποσότητα |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|----------|-----|-------------------------------|-------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|
|                                    |                                      |                         | Ουρία                                                     | Κρεατίνη | Φωσφορικά | Βιτ.Β12 | Ινουλίνη |     |                               |       |                                 |                                     |                                   |                    |          |
| Πολυμερισμένος εστέρας ή ισοδύναμο | 2,1                                  | 63                      | 260                                                       | 244      | 231       | 170     | 113      | 961 | 0,88                          | -     | *                               | -                                   | -                                 | ακτινοβολία        |          |

HIGH

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
ΣΥΓΓΡΑΚΤΩΝ/ΙΩΝ  
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ  
ΑΝΤΙΣΤΕ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΑΠΚΑ: 150101040 Τ.Τ. 17.07.2022