



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Δ.Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΛΗΡ. Τηλ. 2531351241-245
Email aty@komotini-hospital.gr

18-05-2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ ΤΟΥ Γ. Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής προτίθεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την υποβολή προσφορών, για την απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ ΤΟΥ Γ. Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ –ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ	«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 7324»
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	30.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν έως 25-05-2022 αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο email: protokolo@komotini-hospital.gr με θέμα "ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ" και θα αναφέρεται το είδος ή/και ο κωδικός αιτήματος που υπάρχει στην πρόσκληση.
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	<p>Η <u>προσφορά θα περιλαμβάνει:</u></p> <p>◆ Τα <u>ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:</u></p> <p><u>Με την υποβολή της προσφοράς, ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει :</u></p> <p>1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) (ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής), όπως εκάστοτε ισχύει, για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του Νόμου 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει όπου να δηλώνεται ότι:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016. ○ Να αναφέρεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα, για τις οποίες ο οικονομικός φορέας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλειστεί, καθώς και το ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 4412/2016 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα. ○ Αποδέχεται τον όρο ότι η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτεί τα παραπάνω δικαιολογητικά, ως απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων της προμήθειας

και θα τα προσκομίσει όποτε η υπηρεσία τα απαιτήσει

- ο Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
- ο Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας.
- ο Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
Να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς της παρούσας πρόσκλησης.
- ο Συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Τεχνικές Προδιαγραφές.

- 2) • Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου** τελευταίου τριμήνου. Η υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου αφορά ιδίως:(1)στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές(2)στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου(3)στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
- **Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας** εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων.
 - **Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ** για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

- 3)** την **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**, η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα Ι. της παρούσας πρόσκλησης. Οι προσφέροντες θα καταθέσουν τεχνική προσφορά με πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, με παραπομπές (ανά κεφάλαιο και παράγραφο) για τα είδη και τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών. Τα προσφερόμενα είδη θα είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ισχύοντα σήμερα διεθνή πρότυπα EN ISO, θα διαθέτουν σήμα CE και ο κατασκευαστής οίκος θα είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008. Επιπλέον και ο προμηθευτής θα διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 & ISO 13485. Για το λόγο αυτό οι προσφέροντες θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των πιστοποιητικών, στην ελληνική γλώσσα, τα οποία θα είναι σε ισχύ.

- 4)** την **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** :
με τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

ο Συμπεριλαμβάνουν την προσφερόμενη τιμή. Στις τιμές αυτές είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α.

ο Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται.

ο Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε euro. Θα αναγράφονται δε αριθμητικώς και ολογράφως.

ο Η τιμή θα δίνεται με Φ.Π.Α. και χωρίς Φ.Π.Α.. Για τη σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή χωρίς Φ.Π.Α.

ο Η προσφερόμενη τιμή δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

(Γ) Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις, προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

♦ Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινά μετά την ανάρτηση της πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ και στον επίσημο Δικτυακό Τόπο του Νοσοκομείου (URL) :<http://www.komotini-hospital.gr>

♦ **Υποβολή προσφορών: έως 25-05-2022 στο email: protokolo@komotini-hospital.gr**

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών τηρείται απαρέγκλιτα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα **90 ημερών** από την επόμενη της αποσφράγισης των προσφορών.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η προμήθεια και παράδοση των υλικών θα παρακολουθείται και θα βεβαιώνεται από αντίστοιχη επιτροπή η οποία θα εκδώσει πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται μετά την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, εκτός από τον αναλογούντα ΦΠΑ επιβαρύνουν τον ανάδοχο. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Νοσοκομείο. Η πληρωμή του αναδόχου, γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 200 του ν. 4412/2016 μετά από την έκδοση χρηματικού εντάλματος. Συγκεκριμένα, η πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιείται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών την επομένη από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών και συντάσσει πρακτικό με το οποίο προτείνει την κατακύρωση σε συγκεκριμένο ανάδοχο. Στη συνέχεια το Πρακτικό κατατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και επικυρώνεται με σχετική Απόφασή του.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ	Η παρούσα πρόσκληση θα είναι ανηρτημένη: Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.komotini-hospital.gr , καθώς και στο ΚΗΜΔΗΣ.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία, είναι εκπρόθεσμες και ακυρώνονται. ◆ Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της, μετά την κατάθεση της.

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

1. Ν. 4412/2016 (Α' 147) " Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
2. Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
4. Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Διατάκτες».
5. Το με αριθμ. πρωτ. 7324/04-5-2022 αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, συνοδευόμενο από τις τεχνικές προδιαγραφές.
6. Την αριθμ. 229/05-05-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Του Γ.Ν. Κομοτηνής.
7. Την αριθμ. 707/0 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (22REQ010531691).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΕΚΡΩΝ 2 ΘΕΣΕΩΝ

1. Το ψυγείο θα διαθέτει δύο ανεξάρτητους θαλάμους, χωρητικότητας μίας σωρού έκαστος εμπρόσθιας φόρτωσης.
2. Το ψυγείο θα είναι κατασκευασμένο από πάνελ τύπου sandwich με μόνωση πολυουρεθάνης (40Kg/m³ ±5%) εξασφαλίζοντας τέλεια μόνωση, ενώ η δομή του θα είναι ενιαίου πάχους 100mm στο σύνολο της.
3. Η εσωτερική διάταξη θα είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι 304 .
4. Εξωτερικά το τελείωμα του θαλάμου να είναι από γαλβανισμένο ατσάλι Z-225 με αντιδιαβρωτική επίστρωση και επιπλέον βαφή πούδρας.
5. Θα διαθέτει εσωτερικό φωτισμό .
6. Κάθε θάλαμος να φέρει πλήρες σύστημα για την άκοπη και αθόρυβη φόρτωση και εκφόρτωση των φορείων φόρτωσης σωμάτων. Αυτό να αποτελείται από ανοξείδωτο σκελετό 18/10 και 2 ανοξείδωτες ράγες πάχους 2mm εκ των οποίων η μία να διαθέτει stop ώστε να σταματάει το φορείο στην τελική θέση χωρίς να προκαλούνται ζημιές στον θάλαμο.
7. Επιπλέον, κάθε θάλαμος να διαθέτει ένα φορείο φόρτωσης σώματος κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10, με ελαφρά εκβάθυνση, χωρίς συγκολλησεις πλάτους 660 χιλ. περίπου και χειρολαβές.
8. φορείο φόρτωσης σώματος να μπορεί να εξέρχεται του θαλάμου κατά 50% περίπου για την αναγνώριση του σώματος. Να έχει τη δυνατότητα να φέρει σώμα βάρους 200 κιλών (±10%).

9. Αντίστοιχες με τον αριθμό θαλάμων χαλύβδινες θύρες διαστάσεων, με σύστημα ασφάλισης (κλειδαριές), πόμολο βαρέως τύπου με δυνατότητα ανοίγματος από μέσα ακόμα και κλειδωμένο, ελαστικά παρεμβύσματα στεγανοποίησης, εύκολα αντικαθιστάμενα . Οι θύρες να είναι στερεωμένες με στιβαρούς μεντεσέδες και να φέρουν ειδική επένδυση κατά της υγρασίας. Να φέρουν θερμομόνωση από αφρό πολυουρεθάνης όμοια με αυτή των τοιχωμάτων και πάχους 80mm τουλάχιστον.
10. Οι πόρτες να ανοίγουν σε γωνία 180° προς τα δεξιά.
11. Να διαθέτει θερμαντικό στοιχείο περιμετρικά της πόρτας του θαλάμου.
12. Η θερμοκρασία του θαλάμου να είναι ρυθμιζόμενη μεταξύ +2°έως +10° κελσίου.
13. Να δύναται να λειτουργήσει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος +43°C.
14. Να διαθέτει ψυκτικό σύστημα αθόρυβης λειτουργίας, το οποίο να μπορεί να τοποθετηθεί είτε πάνω είτε πλαγίως είτε σε απόσταση έως 12 μέτρων από τον ψυκτικό θάλαμο. Να χρησιμοποιεί ψυκτικό αέριο φιλικό προς το περιβάλλον CFC-FREE και αυτόματο σύστημα απόψυξης.
15. Να λειτουργεί με μονοφασική παροχή 230V/50Hz και να αποδίδει ψυκτική ισχύ τουλάχιστον 730W ικανή να διατηρήσει την εσωτερική θερμοκρασία του θαλάμου στα επιθυμητά όρια.
16. Να διαθέτει χειριστήριο με οθόνη για την ψηφιακή απεικόνιση των τιμών θερμοκρασίας και σφαλμάτων και την εύκολη πλοήγηση στο μενού των παραμέτρων της ψυκτικής μονάδας.
17. Το χειριστήριο να διαθέτει σύστημα επιλογής / ελέγχου θερμοκρασίας, ηλεκτρονικό αυτόματο σύστημα απόψυξης, σύστημα συναγερμού για ανώτατο και κατώτατο όριο θερμοκρασίας με ρύθμιση +/-3oC από την επιθυμητή θερμοκρασία λειτουργίας. Επίσης διαθέτει ενδείξεις LED για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ανεμιστήρα και του συμπιεστή. Να παρέχει τη δυνατότητα μετάδοσης του συναγερμού σε απομακρυσμένο σημείο επιτήρησης.
18. Τα προσφερόμενα είδη να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ισχύοντα σήμερα διεθνή πρότυπα EN ISO, να διαθέτουν σήμα CE και ο κατασκευαστής οίκος να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008. • Επιπλέον και ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 & ISO 13485.
19. Το ψυγείο να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας 5 ετών τουλάχιστον.
20. Όλα τα προσφερόμενα είδη να είναι καινούρια, αχρησιμοποιήτα και θα τοποθετηθούν στη θέση που θα υποδειχθεί, με μέσα και ευθύνη του αναδόχου, ενώ θα παραδοθούν σε λειτουργία.

B. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΣΟΡΩΝ

1. Το τροχήλατο ανυψωτικό να είναι κατάλληλο για την μεταφορά και φόρτωση- εκφόρτωση σορών.
2. Να είναι κατάλληλο και πλήρως συμβατό με το ψυγείο νεκρών που θα προσφερθεί.
3. Να είναι μεταβλητού ύψους, με υδραυλικό μηχανισμό. Μέσω του υδραυλικού μηχανισμού η επιφάνεια ολίσθησης να μπορεί να ακινητοποιηθεί σε οποιοδήποτε ύψος μεταξύ των ορίων 300 έως 1900.
4. Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304, και να διαθέτει 2 ανοξείδωτες ράγες ιδίων διαστάσεων με το φορείο ώστε να πραγματοποιείται η φόρτωση και εκφόρτωση των φορέων άκοπα.
5. Να διαθέτει τέσσερις (4) τροχούς Ø 125(100) mm. Οι δύο στην πλευρά του χειρισμού να φέρουν φρένο και οι δύο στην εμπρόσθια πλευρά να είναι κατευθυντήριοι ενώ θα διαθέτει και χειρολαβή για τον εύκολο χειρισμό του.
6. Οι διαστάσεις του τροχήλατου ανυψωτικού μηχανισμού να είναι 2.200 X 650 mm περίπου και το βάρος του 100 κιλά περίπου. Να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης σώματος βάρους 250 κιλών τουλάχιστον.
7. Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 & ISO 13485.
8. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα είναι καινούριος, αχρησιμοποιήτος και θα παραδοθεί πλήρως συναρμολογημένος και έτοιμος προς χρήση.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ