

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΕΣ

1. Σύνθεση: σενδονόπανο τύπου κάμποτ χρώματος πράσινου, 100% βαμβακερό, προδιαγραφών Υπουργείου Εμπορίου Νο 210, με ανεξίτηλη βαφή.
2. Το ύφασμα να είναι ελεύθερο από κόλλα, υποαλλεργικό, αντιστατικό, με επεξεργασία αντι-χνουδιάσματος για να μην απελευθερώνει ινίδια, όπως προβλέπουν οι Κοινοτικές Οδηγίες, και να αποτελεί φραγμό κατά των μικροβίων.
3. Οι μπλούζες να είναι μακριές, με στρογγυλή λαιμόκοψη και αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη.
4. Το κλείσιμο της μπλούζας να είναι κάθετο με κορδόνια (φακαρόλας ή ιδίου υφάσματος φαρδιά) σχετικού μήκους κατά μήκος της πλάτης. Το ένα κομμάτι της μπλούζας να έχει προέκταση υφάσματος (σχετικό με το μέγεθος της) ώστε να καταλήγει να καλύπτει το απέναντι οπισθο-πλαϊνό τμήμα της μπλούζας. Να υπάρχει ζώνη (ιδίου υφάσματος) της οποίας η μια άκρη να είναι ραμμένη στη μέση μπροστά στην κοιλιακή χώρα και η άλλη άκρη να είναι ραμμένη στο μέσο της όπισθεν προέκτασης, ώστε να καταλήγει να δένονται μαζί μπροστά ακολουθώντας τα πρότυπα του αποστειρωμένου πεδίου στο χειρουργικό τραπέζι.
5. Να φέρουν manikia (αναλόγως του μεγέθους της ρόμπας) με ελαστική μανσέτα μεγάλης αντοχής.
6. Να διατίθενται σε μεγέθη X-LARGE.
7. Υψηλής αντοχής στο πλύσιμο σε υψηλές θερμοκρασίες (90-95°C). Με σταθερότητα χρωματισμού στο νερό, το χλώριο και την έντονη πλύση.
8. Να αποστειρώνονται σε Κλίβανο Ατμού.
9. Όλες οι ραφές να είναι με πλακοραφή ασφαλείας.
10. Με επεξεργασία κατάλληλη ώστε οι μπλούζες να μην μαζεύουν στο πλύσιμο.
11. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE MARK από τον Ε.Ο.Φ. (Ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και ISO 9001:2008 της προμηθεύτριας εταιρείας.
12. Απαραίτητη η κατάθεση δειγμάτων. Τα δείγματα να είναι ενδεικτικά της ποιότητας υφάσματος, απόχρωσης και ραφής.

ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ

1. Σύνθεση: σενδονόπανο τύπου κάμποτ χρώματος πράσινου, 100% βαμβακερό, προδιαγραφών Υπουργείου Εμπορίου Νο 210, με ανεξίτηλη βαφή.
2. Διαστάσεις 160cm x 270cm περίπου.
3. Βάρος υφάσματος 210gr/m² περίπου.
4. Με επεξεργασία προσυρρίκνωσης για ελεγχόμενη συστολή στο πλύσιμο.

5. Το ύφασμα να είναι ελεύθερο από κόλλα, υποαλλεργικό, αντιστατικό, με επεξεργασία αντι-χνουδιάσματος για να μην απελευθερώνει ινίδια, όπως προβλέπουν οι Κοινοτικές Οδηγίες.
6. Υψηλής αντοχής στο πλύσιμο σε υψηλές θερμοκρασίες (90-95°C). Με σταθερότητα χρωματισμού στο νερό και το χλώριο.
7. Να αποστειρώνονται σε Κλίβανο Ατμού.
8. Απαραίτητη η κατάθεση δείγματος. Τα δείγματα να είναι ενδεικτικά της ποιότητας υφάσματος, απόχρωσης και ραφής.
9. Η προμήθεια να είναι όμοια με το δείγμα χωρίς καμία παρέκκλιση.
10. Ο προμηθευτής να φέρει πιστοποιητικό εργαστηρίου κατασκευής προς απόδειξη της σύνθεσης.
11. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE MARK από τον Ε.Ο.Φ. (Ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και ISO 9001:2008 της προμηθεύτριας εταιρείας.

ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ

1. Σύνθεση: σενδονόπανο τύπου κάμποτ χρώματος πράσινου, 100% βαμβακερό, προδιαγραφών Υπουργείου Εμπορίου Νο 210, με ανεξίτηλη βαφή.
2. Διαστάσεις 100cm x 100cm περίπου.
3. Βάρος υφάσματος 210gr/m² περίπου.
4. Με επεξεργασία προσυρρίκνωσης για ελεγχόμενη συστολή στο πλύσιμο.
5. Το ύφασμα να είναι ελεύθερο από κόλλα, υποαλλεργικό, αντιστατικό, με επεξεργασία αντι-χνουδιάσματος για να μην απελευθερώνει ινίδια, όπως προβλέπουν οι Κοινοτικές Οδηγίες.
6. Υψηλής αντοχής στο πλύσιμο σε υψηλές θερμοκρασίες (90-95°C). Με σταθερότητα χρωματισμού στο νερό και το χλώριο.
7. Να αποστειρώνονται σε Κλίβανο Ατμού.
8. Απαραίτητη η κατάθεση δείγματος. Τα δείγματα να είναι ενδεικτικά της ποιότητας υφάσματος, απόχρωσης και ραφής.
9. Η προμήθεια να είναι όμοια με το δείγμα χωρίς καμία παρέκκλιση.
10. Ο προμηθευτής να φέρει πιστοποιητικό εργαστηρίου κατασκευής προς απόδειξη της σύνθεσης.
11. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE MARK από τον Ε.Ο.Φ. (Ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και ISO 9001:2008 της προμηθεύτριας εταιρείας.