

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΥ

1. Να είναι μικρού βάρους για εύκολη μεταφορά.
2. Να λειτουργεί με ρεύμα 230V/50Hz.
3. Να διαθέτει δύο κεφαλές υπερήχων για εντοπισμό των διδύμων εμβρύων.
4. Να έχει τη δυνατότητα καταγραφής καρδιακών παλμών.
5. Να έχει δυνατότητα παρακολούθησης της δραστηριότητας της μήτρας μέσω τοκοδυναμομέτρου (TOCO).
6. Να διαθέτει καταγραφικό θερμικού τύπου με οπτικό σήμα που να ειδοποιεί για το τέλος του χαρτιού και να τυπώνει ταυτόχρονα με την καταγραφή ώρα, ημερομηνία, ταχύτητα καταγραφής, τρόπο παρακολούθησης κλπ.
7. Να έχει σύστημα συναγερμών για καρδιακό ρυθμό.
8. Να διαθέτει ηχητικό σήμα σε περίπτωση περάτωσης του χρόνου της εξέτασης NST.
9. Να έχει τη δυνατότητα καταγραφής των εμβρυϊκών κινήσεων (Fetal movement detection).
10. Να διαθέτει ρύθμιση της έντασης του ήχου του καρδιακού ρυθμού.
11. Να παρέχει χαμηλή έκθεση ενέργειας υπερήχων πάνω στο έμβρυο.
12. Να πληροί τους διεθνείς όρους ασφαλείας χειριστού και ασθενούς και να διαθέτει CE mark.

Α.Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
Α.Μ.Κ.Α. : 12046700394 ΤΣΑΥ : 85315

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Να πληρεί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας και να φέρει απαραίτητος πιστοποιητικό ISO ή TUV και την σήμανση CE-MARK, σύμφωνα με την οδηγία 93/42 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Να υπάρχει τέλος υπεύθυνο SERVICE και ανταλλακτικά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 χρόνια.
3. Να συνοδεύεται από τα επίσημα εργοστασιακά προσπέκτους στα ελληνικά. Τα εγχειρίδια να είναι χειρισμού αλλά και τεχνικού.
4. Να έχει εγγύηση λειτουργίας δυο (2) έτη

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα:

- A. Τι περιλαμβάνει (υλικά ή εργασίες επισκευής ή και εργασίες προληπτικής συντήρησης ή και όλα αυτά)
- B. Ποιες περιπτώσεις δεν εμπίπτουν στην εγγύηση
- Γ. Ο χρόνος άφιξης του τεχνικού της προμηθεύτριας εταιρείας, σε περίπτωση αναγγελίας βλάβης
- Δ. Ο μέγιστος χρόνος μη λειτουργίας του μηχανήματος λόγω βλαβών (down time)
- Ε. Για κάθε μέρα υπέρβασης του παραπάνω ορίου θα επεκτείνεται το χρονικό διάστημα της εγγύησης κατά 20 μέρες.
5. Ο προμηθευτής να αναλάβει την πλήρη τοποθέτηση του μηχανήματος σε πλήρη λειτουργία και την επίδειξη του μηχανήματος στο χώρο εργασίας του, στο προσωπικό της κλινικής του Νοσοκομείο μας.
6. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει τεχνικό του Νοσοκομείου στην συντήρηση και στις επισκευές του

μηχανήματος όπως να παραδώσει τα ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά και μηχανολογικά σχέδια του μηχανήματος

7. Ο προμηθευτής να προσκομίσει πλήρη **τιμοκατάλογο ανταλλακτικών** του μηχανήματος
8. Ο προμηθευτής να προσκομίσει **κατάλογο των Νοσοκομείων** στα οποία λειτουργεί το προσφερόμενο μηχάνημα
9. Ο προμηθευτής να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση κατασκευής μοντέλου και κυκλοφορίας στο εμπόριο του προσφερόμενου μηχανήματος

Με ποινή απόρριψης, να δοθεί φύλλο συμμόρφωσης, στις παρούσες προδιαγραφές, με τήρηση της ίδιας αρίθμησης και με τις ανάλογες παραπομπές

Γ.Α.Τ.Ο Β.Π.Π.

