

ΚΩΔ. ΑΙΤ. 0/2123 ΛΑΣΤΙΧΟ- ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	0615	ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ, ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 7ΜΜ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 13ΜΜ. ΝΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΕΙ ΣΤΟΥΣ 135°C, ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ CE ΚΑΙ ISO,ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ - ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ.	200 ΜΕΤΡΑ
*ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ (ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΟΣΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.)			