

Είδος μεμβράνης φίλτρου	Επιφάνεια μεμβράνης φίλτρου σε	ΚΥF < ή > των 20ml/h.mm Hg	Καθάρσεις ουσιών σε ml/min με Qb300ml/min και Qd500ml/min					ΚοΑ	Συντελεστή διαβατότη	Ομάδα	Είδος αποστείρωσης	Συνόδες γραμμές για μηχανήμα	Ποσότητα	
			Ουρία	Κρεατινίνη	Φωσφορικά	Βιτ.Β12	Ινουλίνη							
LOW														
SYNPHAN	2,1	10,95	273	253	234	144	-	1214	-	B2	Electron beam	*	290	

*Όλα τα παραπάνω φίλτρα αιμοκάθαρσης συνοδεύονται από αρτηριακή-φλεβική γραμμή, κατάλληλη για τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης που διαθέτουν οι Μονάδες Τεχνητού Νεφρού.

Είδος μεμβράνης φίλτρου	Επιφάνεια μεμβράνης φίλτρου σε m ²	ΚΥF < ή > των 20ml/h.mm	Καθάρσεις ουσιών σε ml/min με Qb300ml/min και Qd500ml/min					ΚοΑ	Συντελεστή διαβατότητας B2-M	Ομάδα	Συνοδες γραμμές για μηχανήματα TN	Συντελεστής διαβατότητας Αβουμίνης	Συντελεστής διαβατότητας	Είδος αποστείρωσης	Ποσότητα	
			Ουρία	Κρεατινίνη	Φωσφορικά	Βιτ.Β12	Ινουλίνη									
HIGH																
Polysulfon τύπου VitaSulfon Υψηλής Ποίης	2,1	38,57	283	267	261	180	-	1527	0,8	A2	*	<0,01	1	Electron beam	60	
PEPA	1,2	45	242	221	206	142	90	736		A1		γ-ακτινοβολία				40