

ΚΩΔ. ΑΙΤ. 0/ 2434 ΜΑΝΤΙΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	94895	1.ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ Δ'ΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ. 2.ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΛΚΟΨΛΕΣ, ΧΛΨΡΙΟ, ΑΛΔΨΔΕΣ ΚΑΙ ΦΑΊΝΨΛΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΊΝΑΙ ΙΟΔΟΦΟΡΑ. 3.ΝΑ ΄ΕΧΟΥΝ ΕΥΡΨ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟ ΦΑΣΜΑ, ΜΕ ΤΑΧΕΊΑ ΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ 30 ΠΡΨΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ . 4.Η ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΕΥΡ'Ψ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΑ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΚΤΨΝΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΙΩΝ ΗCV, Η1Ν1,ΗΊV, ΜΥΚΗΤΩΝ, ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ, ΑΔΕΝΟVIRUS , ΝΟRΟVIRUS, ΡΟΛΙΟVIRUS ΚΑΙ CΟRΟΝΟVIRUS. 5.ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΨ ΠΡΟΨΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΦ. 6.Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕ 100 ΄Η 200 ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20Χ20CM ΚΑΙ ΠΑΝΩ. 7.ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΒΙΟΔΙΑΣΠΨΜΕΝΑ. 8.ΝΑ ΕΠΊΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ. 9.ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΧΝΟΨΔΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΨΣΜΑ. 10.ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΕΤΟΊΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΕΠΊΦΑΝΕΙΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ,	20 ΠΑΚ.

		ΠΛΑΣΤΙΚΟ PVC, MONITOR ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΑ. 11.ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 12.ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΥΠΟΨΗ.	
*ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ (ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΟΣΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.)			