

Είδος Μεμβράνης φίλτρου	Επιφάνεια Μεμβράνης σε m ²	KUF < ή > των 20ml/h.mm Hg	Καθάρσεις ουσιών σε ml/min με Qb300ml/min και Qd500ml/min					KOA	Συντελεστή διαβατότη ς	Ομάδα	Είδος αποστείρω σης	Συνοδες Γραμμές για μηχάνημα	Ποσότητα
			Ουρία	Κρεατινίνη	Φωσφορικά	Βιτ.Β12	Ινουλίνη						
LOW													
SYNPHAN	2,1	10,95	273	253	234	144	-	1214	-	B2	Electron beam	*	180
Πολυσουλφόνη ή ισοδύναμο dry	2,2	21	259	230	208	131	--	945	-	-	Moist heat	*	

*Όλα τα παραπάνω φίλτρα αιμοκάθαρσης συνοδεύονται από αρτηριακή-φλεβική γραμμή, κατάλληλη για τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης που διαθέτουν οι Μονάδες Τεχνητού Νεφρού.

Είδος Μεμβράνης φίλτρου	Επιφάνεια Μεμβράνης σε m ²	KUF < ή > των 20ml/h.mm	Καθάρσεις ουσιών σε ml/min με Qb300ml/min και Qd500ml/min					KOA	Συντελεστή διαβατότη ς	Ομάδα	Συντελεστή διαβατότη ς	Αλβουμίνης	Συντελεστή διαβατότη ς	Είδος αποστείρω σης	Ποσότητα
			Ουρία	Κρεατι νίνη	Φωσφο ρικά	Βιτ.Β12	Ινουλίνη								
HIGH															
PEPA	1,2	45	242	221	206	142	90		736	A1		γ-ακτινοβολία			

*Όλα τα παραπάνω φίλτρα αιμοκάθαρσης συνοδεύονται από αρτηριακή-φλεβική γραμμή, κατάλληλη για τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης που διαθέτουν οι Μονάδες Τεχνητού Νεφρού.

19-11-2025