

ΚΩΔ. ΑΙΤ. 0/ 778 ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΓΕΛΗ ΗClO

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	95748	<p style="text-align: center;">ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΓΕΛΗ ΗClO</p> <p style="text-align: center;">Οξειδωτική γέλη ΗClO και NaOCI, 300 ppm (+-10/15%) με ουδέτερο pH σε συσκευασία των 300γρ</p> <p style="text-align: center;">Viscosity 26 cps at 20 Celsius degrees at 100 rpm</p> <p style="text-align: center;">Οι μετρήσεις των ppm και του pH να αποτυπώνονται σε έγγραφο του (ΓΧΚ) Γενικού Χημείου του Κράτους, με ημερομηνίες μετρήσεων όχι παλαιότερες των 12 μηνών.</p> <p style="text-align: center;">Να πληροί τα κάτωθι Ευρωπαϊκά Πρότυπα: EN 13727, EN 13624, EN 1500.</p>	10 ΤΜΧ

***ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ (ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΟΣΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.)**