

HIGH FLOW

Είδος μεμβράνης φίλτρου	Επιφάνεια μεμβράνης φίλτρου σε m ²	KUF/m ² < ή > των 20ml/h.mm Hg	Καθάρσεις ουσιών (>.....) σε ml/min με Qb300ml/min και Qd500ml/min					KoA >....	Συντελεστή ς διαβατότη ας B2-M	Είδος αποστείρω σης	Είδος αποστείρω σης	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
			Ουρία	Κρεατινίνη	Φωσφορικά	Βιτ.Β12	Ινουλίνη						
HIGH													
PEPA	1,2	45	242	221	206	142	90	736	-	A1	γ-ακτινολογία		
Πολυσουλφ όνη-H-dry	2,3	60	271	252	240	190	145	1167	0,8	A2	Moist heat	200	
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΟΛΥΕΘΑΙΡΙ ΚΗ ΣΟΥΛΦΟΝΗ - PUREMA	2,3	37,8	290	276	255	205	128	1900	>0,9	A2	Β-ακτινοβολία		
PUREMA	2,1	80	282	268	249	198	-	1487	-	A2	Electron beam		

Όλα τα παραπάνω φίλτρα αιμοκάθαρσης συνοδεύονται από αρτηριακή-φλεβική γραμμή, κατάλληλη για τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης που διαθέτουν οι Μονάδες Τεχνητού Νεφρού

4^η Υ.ΠΕ.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΗΘΗΣ Μ.Τ.Ν.
Α.Μ.Κ.Α.: 31085300478 ΤΣΑΥ: 44447