

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΓΥΨΟΠΡΙΟΝΟ

1. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220V/ 50 Hz .
2. Να διαθέτει ισχυρό μοτέρ άνω των 150 Watt.
3. Να εκτελεί παλινδρομική κίνηση με δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας από τουλάχιστον 12000 έως τουλάχιστον 21000r/min.
4. Να είναι φορητό και να έχει μικρό βάρος .
5. Να μπορεί να κόψει συμβατικό και συνθετικό γύψο.
6. Να έχει χαμηλό επίπεδο θορύβου κάτω των 90dB κατά την κοπή.
7. Να αναφερθεί η δόνηση που μεταφέρεται στο βραχίονα του χρήστη κατά την κοπή, σύμφωνα με τον κανονισμό EN 50144.
8. Να συνοδεύεται από δύο δίσκους κοπής γύψου Ø50 και Ø65mm.
9. Να υποβληθούν τα πιστοποιητικά νόμιμης κυκλοφορίας.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Να έχει εγγύηση δυο (2) χρόνων .
- Να έχει πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια .
- Για χρονικό διάστημα 10 χρόνων από την αγορά του μηχανήματος σε περίπτωση βλάβης και επισκευής του εκτός του Νοσοκομείου μας και για όσο διάστημα χρειαστεί η εταιρεία οφείλει να το αντικαταστήσει με δικό της μηχάνημα ίδιου τύπου.
- Στην προσφορά του προμηθευτή θα δίνετε απαραίτητα περιγραφή των όρων αυτής της εγγυήσεως (2 χρόνων).

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουν:

A. Τι περιλαμβάνει (υλικά ή εργασίες επισκευής ή και εργασίες

Προληπτικής συντήρησης ή και όλα αυτά).

Β. Ποιες περιπτώσεις δεν εμπίπτουν στην εγγύηση.

Γ. Ο χρόνος άφιξης του τεχνικού της προμηθεύτριας εταιρείας, σε περίπτωση αναγγελίας βλάβης.

Δ. Ο μέγιστος χρόνος μη λειτουργίας του μηχανήματος λόγω βλαβών (down time).

Ε. Για κάθε μέρα υπέρβασης του παραπάνω ορίου θα επεκτείνεται το χρονικό διάστημα της εγγύησης κατά 20 μέρες.

- Το μηχάνημα να πληρει όλα τα διεθνή στάνταρ και ISO όπως και να φέρει σφραγίδα CE.

- Ο προμηθευτής να αναλάβει την τοποθέτηση και επίδειξη του μηχανήματος στο χώρο εργασίας του, στο προσωπικό του Νοσοκομείο μας.

-Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει τεχνικό του Νοσοκομείου στην συντήρηση και στις επισκευές του μηχανήματος όπως να παραδώσει τα ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά και μηχανολογικά σχέδια του μηχανήματος.

-Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να παραδώσει τα εγχειρίδια χειρισμού και service στα ελληνικά.

- Ο προμηθευτής να προσκομίσει πληρη **τιμοκατάλογο ανταλλακτικών** του μηχανήματος.

-Ο προμηθευτής να προσκομίσει **κατάλογο των Νοσοκομείων** στα οποία λειτουργεί το προσφερόμενο μηχάνημα.

-Ο προμηθευτής να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση κατασκευής μοντέλου και κυκλοφορίας στο εμπόριο του προσφερόμενου μηχανήματος.

Με ποινή απόρριψης, να δοθεί φύλλο συμμόρφωσης, στις παρούσες προδιαγραφές, με τήρηση της ίδιας αρίθμησης και με τις ανάλογες παραπομπές σε επίσημα έγγραφα –prospects- του οίκου κατασκευής που θα επαληθεύουν αυτό (φυλ. συμμορ.)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Β. Ι. Τ.
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΜΠΑΤΖΙΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4^η Υ.ΠΕ.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΚΑΡΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΕΠΙΣΤ.-ΜΕΧΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΘ ΚΟΥ ΤΜ ΤΟΛ
Α.Μ.Κ.Α.: 15105400699 ΤΣΑΥ: 58379