

Όνομα ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ      Email idellas@analytical.gr      Άρθρο  
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 17 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ  
Ημ/νία 30/06/2020

Σε συνέχεια της 2ης δημόσιας διαβούλευσης με κωδικό: 20DIAB000011003, με ΑΠ 9646 και ημερομηνία λήξης 8/7/2020, παρακαλούμε δεχθείτε τις παρακάτω προτάσεις αναφορικά με τις προδιαγραφές του αντίστοιχου εξοπλισμού:

#### ΕΙΔΟΣ 17 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

Προκειμένου να εναρμονιστούν οι διαστάσεις και το πλήθος των σωληναρίων των προδιαγραφών 14 και 15 της ζητούμενης φυγοκέντρου καθώς και οι διαστάσεις του υποδοχέα με τα διαθέσιμα στο εμπόριο σωληνάκια, προτείνουμε η προδιαγραφή 14 να διατυπωθεί όπως παρακάτω:

«χωρητικότητας συνολικά τουλάχιστον 56 θέσεων για σωληνάρια αίματος 10/15 ml διαστάσεων 15x113mm και τουλάχιστον 76 θέσεων για σωληνάρια αίματος 5/7ml διαστάσεων 12x110mm με τους αντίστοιχους υποδοχείς.»

Επίσης η προδιαγραφή 17 θα μπορούσε να διατυπωθεί όπως παρακάτω, ορίζοντας ως απαραίτητα τα 2 χρόνια εγγύησης ενώ σε περίπτωση μεγαλύτερης να υπάρχει αντίστοιχη βαθμολογία.

«Εγγύηση καλής λειτουργίας (τουλάχιστον δύο έτη). Θα αξιολογηθεί θετικότερα εγγύηση μεγαλύτερης διάρκειας.»

Πρόθυμοι για κάθε πρόσθετη πληροφορία,

Με εκτίμηση

Ισίδωρος Ντέλλας