

ΚΩΔ. ΑΙΤ. 0/2822 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΦΛΕΒΟΣ.

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	2570	Περιφερικός φλεβικός καθετήρας με επιστόμιο με υποδοχή για σύνδεση LL . No 18 G Μήκος 3,2cm περίπου	2.000 TEM.
2	0205	Περιφερικός φλεβικός καθετήρας με επιστόμιο με υποδοχή για σύνδεση LLγια σύνδεση με τη συριγγα). Με διπλοκωνικό άκρο του καθετήρα και βελόνα διπλής λοξότμησης και πτερύγια. No 20 G Μήκος 5cm περίπου. " ΥΛΙΚΟ: να είναι βιοσυμβατό και να μη διαστέλλεται με τη θερμοκρασία του σώματος. Να αναφέρεται αν είναι latex free & DEHP Free ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Να είναι ακτινοσκοπιερός. Να έχει λεπτό τοίχωμα ο καθετήρας διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείτε μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτις. . Ο οδηγός να έχει καλή εφαρμογή (δηλ. να μη συρρικνώνεται και να γίνεται κατευθείαν η φλεβοκέντηση). Να εξασφαλίζει την δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση. Να φέρει στο πίσω άκρο υποδοχή για σύνδεση luer lock με την συσκευή χορήγησης. Να υπάρχει χρωματικός κώδικας μεγεθών. Να μπορεί να παραμείνει τουλάχιστον για 48 ώρες. Να αναφέρεται η εξωτερική και εσωτερική διάμετρος (ή το πάχος του τοιχώματος) ή τα ml/min χορηγούμενων υγρών ανά διαμέτρημα. Να αναφέρονται τα προσφερόμενα μεγέθη μήκους του καθετήρα ανά διαμέτρημα. Μέγεθος : 14-27 G ----1.3. Να φέρει επιστόμιο διακεκομμένης χορήγησης φαρμάκων (με βαλβίδα μη παλινδρόμησης).	4.000 TEM.
3	0206	Περιφερικός φλεβικός καθετήρας με επιστόμιο με υποδοχή για σύνδεση LL για σύνδεση με τη συριγγα). Με διπλοκωνικό άκρο του καθετήρα και βελόνα διπλής λοξότμησης και πτερύγια. No 22 G Μήκος 5cm περίπου. " ΥΛΙΚΟ: να είναι βιοσυμβατό και να μη διαστέλλεται με τη θερμοκρασία του σώματος. Να αναφέρεται αν είναι latex free & DEHP Free ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Να είναι ακτινοσκοπιερός. Να έχει λεπτό τοίχωμα ο καθετήρας διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείτε μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτις. . Ο οδηγός να έχει καλή εφαρμογή (δηλ. να μη συρρικνώνεται και να γίνεται κατευθείαν η φλεβοκέντηση). Να εξασφαλίζει την δυνατότητα άμεσου οπτικού	2.000 TEM.

		ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση. Να φέρει στο πίσω άκρο υποδοχή για σύνδεση luer lock με την συσκευή χορήγησης. Να υπάρχει χρωματικός κώδικας μεγεθών. Να μπορεί να παραμείνει τουλάχιστον για 48 ώρες. Να αναφέρεται η εξωτερική και εσωτερική διάμετρος (ή το πάχος του τοιχώματος) ή τα ml/min χορηγούμενων υγρών ανά διαμέτρημα. Να αναφέρονται τα προσφερόμενα μεγέθη μήκους του καθετήρα ανά διαμέτρημα. Μέγεθος : 14-27 G ----1.3. Να φέρει επιστόμιο διακεκομμένης χορήγησης φαρμάκων (με βαλβίδα μη παλινδρόμησης).	
4	0207	Περιφερικός φλεβικός καθετήρας με επιστόμιο με υποδοχή για σύνδεση LL για σύνδεση με τη συριγγα). Με διπλοκωνικό άκρο του καθετήρα και βελόνα διπλής λοξότμησης και πτερύγια. Νο 24 G Μήκος 5cm περίπου . " ΥΛΙΚΟ: να είναι βιοσυμβατό και να μη διαστέλλεται με τη θερμοκρασία του σώματος. Να αναφέρεται αν είναι latex free & DEHP Free. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Να είναι ακτινοσκοπικός. Να έχει λεπτό τοίχωμα ο καθετήρας διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείτε μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτις. . Ο οδηγός να έχει καλή εφαρμογή (δηλ. να μη συρρικνώνεται και να γίνεται κατευθείαν η φλεβοκέντηση). Να εξασφαλίζει την δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση. Να φέρει στο πίσω άκρο υποδοχή για σύνδεση luer lock με την συσκευή χορήγησης. Να υπάρχει χρωματικός κώδικας μεγεθών. Να μπορεί να παραμείνει τουλάχιστον για 48 ώρες. Να αναφέρεται η εξωτερική και εσωτερική διάμετρος (ή το πάχος του τοιχώματος) ή τα ml/min χορηγούμενων υγρών ανά διαμέτρημα. Να αναφέρονται τα προσφερόμενα μεγέθη μήκους του καθετήρα ανά διαμέτρημα. Μέγεθος : 14-27 G ----1.3. Να φέρει επιστόμιο διακεκομμένης χορήγησης φαρμάκων (με βαλβίδα μη παλινδρόμησης).	200 TEM.
*ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ (ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΟΣΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.)			