

ΚΩΔ. ΑΙΤ. 0/2824 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΙ ΤΙΕΜΑΝ.

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	0189	Διουρηθρικοί καθετήρες κύστης τύπου Tiemann. Μεγέθη 10ch, χωρίς μπαλονάκι. Καθετήρες τύπου TIEMAN, από PVC, διάφανο υλικό, να μη λυγίζουν ή να συμπιέζουν τα τοιχώματά τους. Το άκρο τους να είναι κυρτό, στρογγυλοποιημένο ατραυματικό. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές λείες και ατραυματικές. Η υποδοχή τους να είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.	100 TEM.
2	0190	Διουρηθρικοί καθετήρες κύστης τύπου Tiemann. Μεγέθη 12ch, χωρίς μπαλονάκι. Καθετήρες τύπου TIEMAN , από PVC , διάφανο υλικό, να μη λυγίζουν ή να συμπιέζουν τα τοιχώματά τους. Το άκρο τους να είναι κυρτό, στρογγυλοποιημένο ατραυματικό. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές λείες και ατραυματικές. Η υποδοχή τους να είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.	50 TEM.
3	0191	Διουρηθρικοί καθετήρες κύστης τύπου Tiemann. Μεγέθη 16ch, χωρίς μπαλονάκι. Καθετήρες τύπου TIEMAN , από PVC , διάφανο υλικό, να μη λυγίζουν ή να συμπιέζουν τα τοιχώματά τους. Το άκρο τους να είναι κυρτό, στρογγυλοποιημένο ατραυματικό. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές λείες και ατραυματικές. Η υποδοχή τους να είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.	50 TEM.
4	0192	Διουρηθρικοί καθετήρες κύστης τύπου Tiemann. Μεγέθη 18ch, χωρίς μπαλονάκι. Καθετήρες τύπου TIEMAN , από PVC , διάφανο υλικό, να μη λυγίζουν ή να συμπιέζουν τα τοιχώματά τους. Το άκρο τους να είναι κυρτό, στρογγυλοποιημένο ατραυματικό. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές λείες και ατραυματικές. Η υποδοχή τους να είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.	50 TEM.
*ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ (ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΟΣΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.)			