

ΚΩΔ. ΑΙΤ. 0/129 ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ.

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	0933	ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40X40 cm 8 ply Υδρόφιλη άριστης ποιότητας 100%βαμβάκι υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών, υψηλής απορροφητικότητας και άοσμη. Η υπό προμήθεια γάζα να πληρεί τους όρους της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής φαρμακοποιίας και είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14079:2003. Να φέρει βαριούχο ακτινισκιορό νήμα πλεγμένο κατα μήκος της γάζας και να είναι ορατό και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας. Το πάχος της κλωστής να είναι ισομετρικό σε όλη την ύφανση και η ύφανση να είναι ορθογωνισμένη. Να είναι κομμένες ισομετρικά χωρίς ξέφτια με μεγάλη εσωτερική αναδίπλωση, με κορδόνι ασφαλείας καλά γαζωμένο. Να διατίθεται σε συσκευασία ασφαλή, πρακτική και εύχρηστη (διπλωμένη ανά ένα τεμάχιο).	2.000 TEM.
ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ (ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΟΣΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.)			