

ΚΩΔ. ΑΙΤ. 0/1348 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ.

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	0523	<p>ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ</p> <ol style="list-style-type: none">1. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ ΡΥΓΧΟΣ ΜΕ ΟΠΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ τους ΤΥΠΟΥΣ ΑΣΚΩΝ.2. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟ PVC ΚΑΙ ΔΕΗΡ FREE ΚΑΙ LATEX FREE ΜΗΚΟΥΣ 2 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ.3. ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΠΛΟ ΘΑΛΑΜΟ ΣΤΑΓΟΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Ο ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ. Ο ΕΠΑΝΩ ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΙΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ.4. ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΥΚΝΗ ΥΦΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΗΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΕΙ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ 270μ.5. ΝΑ ΕΧΕΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ ΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΕ ΤΡΟΧΟ.6. ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΚΡΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ LATEX FREE ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.7. ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LUER LOCK ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ.8. ΣΕΤ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΕΣ ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ.9. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO).10. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.	1.200 ΤΕΜ.
*ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ (ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΟΣΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.)			