

ΚΩΔ. ΑΙΤ. 0/1621 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΙ ΤΙΕΜΑΝ.

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	0189	Διουρηθρικοί καθετήρες κύστης τύπου Tiemann. Μεγέθη 10ch, χωρίς μπαλονάκι. Καθετήρες τύπου ΤΙΕΜΑΝ , από PVC , διάφανο υλικό, να μη λυγίζουν ή να συμπίπτουν τα τοιχώματά τους. Το άκρο τους να είναι κυρτό, στρογγυλοποιημένο ατραυματικό. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές λείες και ατραυματικές. Η υποδοχή τους να είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.	50 ΤΕΜ.
2	0190	Διουρηθρικοί καθετήρες κύστης τύπου Tiemann. Μεγέθη 12ch, χωρίς μπαλονάκι. Καθετήρες τύπου ΤΙΕΜΑΝ , από PVC , διάφανο υλικό, να μη λυγίζουν ή να συμπίπτουν τα τοιχώματά τους. Το άκρο τους να είναι κυρτό, στρογγυλοποιημένο ατραυματικό. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές λείες και ατραυματικές. Η υποδοχή τους να είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.	50 ΤΕΜ.
3	0191	Διουρηθρικοί καθετήρες κύστης τύπου Tiemann. Μεγέθη 16ch, χωρίς μπαλονάκι. Καθετήρες τύπου ΤΙΕΜΑΝ , από PVC , διάφανο υλικό, να μη λυγίζουν ή να συμπίπτουν τα τοιχώματά τους. Το άκρο τους να είναι κυρτό, στρογγυλοποιημένο ατραυματικό. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές λείες και ατραυματικές. Η υποδοχή τους να είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.	50 ΤΕΜ.
4	0751	Διουρηθρικοί καθετήρες κύστης τύπου Tiemann. Μεγέθη 14ch, χωρίς μπαλονάκι. Καθετήρες τύπου ΤΙΕΜΑΝ , από PVC , διάφανο υλικό, να μη λυγίζουν ή να συμπίπτουν τα τοιχώματά τους. Το άκρο τους να είναι κυρτό, στρογγυλοποιημένο ατραυματικό. Να έχουν τουλάχιστον 2 πλάγιες οπές λείες και ατραυματικές. Η υποδοχή τους να είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.	50 ΤΕΜ.
*ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ (ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΟΣΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.)			