

**ΚΩΔ. ΑΙΤ. 0/1626 ΣΕΤ ΚΑΘΗΤΗΡΑ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ.**

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	0198	<p>Κεντρικός φλεβικός καθετήρας διπλού αυλού 7 F, 20 CM Με τη μέθοδο Seldinger, ακτινοσκοπεύει, από πολυουρεθάνη, με ατραυματικό άκρο. Σετ που να διαθέτει βελόνα ανίχνευσης και ειδικό περιφερικό καθετήρα ανίχνευσης 18 Ga πάνω σε βελόνη 20 Ga, σύριγγα ανίχνευσης ασφαλείας, με βαλβίδα για την αποτροπή του κινδύνου πνευμονικής εμβολής, και με δυνατότητα για τοποθέτηση του οδηγού σύρματος αναίμακτα χωρίς την αφαίρεση της σύριγγας από τη βελόνη, για αποτροπή μετακίνησης, απώλειας θέσης, πιθανού τραυματισμού του αγγείου, έκθεσης στο αίμα του ασθενή, οδηγό σύρμα με ευθύ και κεκαμένο άκρο, διαστολέα, στηρικτικά για τον καθετήρα, σφιγκτήρες προέκτασης αυλών, πώματα καθετήρων. Με πτερύγια στήριξης και επιστόμιο διακεκομμένης χορήγησης φαρμάκων ( με βαλβίδα μη παλινδρόμησης και σύνδεση luer lock )</p>	100 TEM.
<b>*ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ (ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΟΣΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.)</b>			