

ΚΩΔ. ΑΙΤ. 0/1798 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ**ΜΙΚΡΟΧΕΙΡ/ΚΗΣ LATEX Νο6**

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	95521	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡ/ΚΗΣ LATEX Νο6 Να είναι χωρίς πούδρα και με latex με επίστρωση νιτριλίου. Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή Να διαθέτουν ρεβέρ ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής συγκράτηση του γαντιού Η εξωτερική επιφάνεια να είναι διαμορφωμένη για σωστή αίσθηση αφής και να είναι αντιολισθητική με ικανή συγκράτηση. Να διαθέτουν διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας . Η συσκευασία να είναι αδιάβροχη από πλαστικό και όχι πλαστικοποιημένη. Το ελάχιστο ολικό μήκος να είναι τουλάχιστον 282 mm και ανώτερο ολικό μήκος 295mm. Να διαθέτουν διαφοροποιημένο πάχος επιφάνειας ανά σημείο: 0.17mm (δάχτυλα), 0.14mm (παλάμη), 0.14mm (μανσέτα). Δύναμη θραύσης 17N πριν και μετά την γήρανση. Να είναι αποστειρωμένα σε Γ' ακτινοβολία Να σταλούν δείγματα για αξιολόγηση. Να αναφέρεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής και λήξης της αποστείρωσης, καθώς και ο αριθμός παρτίδας, το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής Τα παραπάνω γάντια είναι υποαλλεργικά και είναι απαραίτητα για χειρουργεία που χρειάζονται λεπτούς χειρισμούς.	150 ΤΕΜΑΧΙΑ
*ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ (ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : ΘΑ ΠΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΟΣΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.)			