

ΚΩΔ. ΑΙΤ. 0/1834 ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΣΙΑΣΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	96592	Ατραυματικός μηχανισμός συμπλησίας χειρουργικών τομών, κατασκευασμένος από πολυεστέρα φλινς από πολυεστέρα, πολυακρυλικό συγκολλητικό, ανοξείδωτο χάλυβα, πολυουρεθάνη και ακρυλικό. Να είναι υδροπερατός, εύκαμπτος. Να επιτρέπει τη διατομή του σε οποιοδήποτε σημείο, χωρίς να επηρεάζει τη συνοχή του και την αποτελεσματικότητά του. Το πολυακρυλικό συγκολλητικό του, να διαθέτει αντοχή σε εφελκυσμό 3,6kg ανά cm ² , να ισχυροποιείται με το πέρασ των ημερών έως την έβδομη μέρα, όπου και επιτρέπεται η αποκόλλησή του. Να διατίθεται σε μήκη 12εκ. και 24εκ., με πλάτος 6,2εκ	50 ΤΕΜΑΧΙΑ
*ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ (ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : ΘΑ ΠΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΟΣΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.)			