

ΚΩΔ. ΑΙΤ. 0/1977 ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ**ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	0322	ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕ ΥΠΑΡΞΗ ΑΓΩΓΙΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΣΥΓΚΙΛΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΗΣ ΝΑ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΔΡΟΣΕΡΗ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ. ΤΟ ΥΔΡΟΖΕΛΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΚΑΛΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ MARTIN ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ: MARTIN ΜΕ 200	800 ΤΕΜΑΧΙΑ
*ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ (ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΟΣΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.)			