

**ΚΩΔ. ΑΙΤ. 0/2158 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ –ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΤ
ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ.**

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	0131	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ MONITOR LIFERAK 20 ΚΑΙ BENEHEART D3.	10 ΤΕΜ.
2	0452	ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΣΕΤ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Το καλώδιο του προσωρινού βηματοδότη αποτελείται από: 1. καθετήρα με μπαλόνι που φουσκώνει στην άκρη διαστάσεων (1,7mmX110cm) 5FR, 2. μία κάνουλα εισαγωγής, 3. μία σύριγγα. Οι υπάρχοντες τύποι συσκευών βηματοδότη είναι οι εξής : α) Medtronic μοντέλο 5382 β) Medtronic μοντέλο 5348 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ. Η κάθε συσκευασία να περιέχει βυσματάκια σύνδεσης με τον βηματοδότη . Παρακαλώ η τεχνική περιγραφή να συνοδεύεται από έντυπη απεικόνιση του είδους(prospectus)	20 ΤΕΜ.
3	1977	ΣΕΤ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Εισαγωγέας καθετήρα βηματοδότησης, 6F. Σετ αποτελούμενο από α) Μια αποσπώμενη αιμοστατική λαβίδα και μια οδό πλάγια β) Ένα διαστολέα αγγείων που αποτελείται από έναν οδηγό (σύρμα) 45cm και μια μύτη ευθεία σε σχήμα j c) Μια λεπτή βελόνα 18Gx21/2 d) Μια στρόφυγγα με τέσσερις οδούς e) Μία ασπίδα προστασίας καθετήρα που είναι 18cm Παρακαλώ η τεχνική περιγραφή να συνοδεύεται από έντυπη απεικόνιση του είδους(prospectus)	20
*ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ (ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΟΣΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.)			