ΚΩΔ. ΑΙΤ. 0/2644 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ.

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	2644	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΡΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ , ΜΗ ΤΟΞΙΚΗ, ΣΤΕΙΡΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΩΝ, ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ. ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΠΩΜΑ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΤΑΙ. Ο ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΩΣΤΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΝΑ ΦΕΡΕΙ " Υ " ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ Luer lock.ΝΑ ΕΧΕΙ ΡΥΓΧΟΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΚΡΟ ΑΙΧΜΗΡΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 150CM ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ CE ΚΑΙ ISO, Latex free - ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ. ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ LUER-LOCK ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΠΩΜΑ (ΓΙΑ ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΩΜΑΤΟΣ).	15.000 ΤΕΜ.
***ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ (ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΟΣΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.)**			