

**ΚΩΔ. ΑΙΤ. 0/266 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ.**

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	1205	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ. ΜΕ ΠΑΡΑΦΙΝΗ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ SSD ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10CM X 10± 2CM	50 ΤΕΜ.
2	1170	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ,ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΚΩΝ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΛΟΙΜΩΣΗΣ,ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ ΚΥΤΑΡΡΙΝΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΔΗΛΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ.Ο ΑΡΓΥΡΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΕΙΜΕΝΟΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΦΡΩΔΟΥΣ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟΣΟ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΕΛΚΟΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΟΣΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ. ΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΝΑ ΔΙΟΓΚΩΝΕΤΑΙ ΓΕΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ.ΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΗΜΙΠΕΡΑΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ,ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ.ΧΩΡΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΥΓΑ 25 * 25 CM ±2CM	50 ΤΕΜ.
3	2533	Αυτοπροσκολλούμενο επίθεμα, με αδιάβροχη πολυουρεθάνη, με νησίδα και επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια, τουλάχιστων τριών ομοιόμορφα κατανεμημένων απορροφητικών στρωμάτων (αφρώδες, βισκόζη, πολυεστέρα) με άργυρο. Να μην διαγκώνεται όταν απορροφά το εξίδρωμα. Με οπές όχι μεγαλύτερες από 1,5mm. Διαστάσεις 17,5cmX17,5cm	50 ΤΕΜ.