

**ΚΩΔ. ΑΙΤ. 0/788 ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ.**

<b>A/A</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>
1	92569	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΥΓΡΑΝΣΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΩΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ NACL>99,99%, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΡΟΗΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ 3CMH20 ΣΤΑ 60L/MIN, ΒΑΡΟΣ <30KG ΝΕΚΡΟ ΟΓΚΟ<70 ML/L ΣΕ VT500ML 24H ΧΡΗΣΗ,ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΦΘΑΛΙΚΑ ΑΛΑΤΑ.	300 ΤΕΜ.
<b>*ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ (ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΟΣΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.)</b>			