

ΚΩΔ. ΑΙΤ. 0/890 ΣΕΤ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ**ΣΥΡΙΓΓΙΩΝ-ΚΥΣΤΕΩΝ ΚΟΚΚΥΓΑ**

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	96126	<p>ΣΕΤ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΥΡΙΓΓΙΩΝ-ΚΥΣΤΕΩΝ ΚΟΚΚΥΓΑ Σχόλια: ΣΕΤ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΥΡΙΓΓΙΩΝ , ΚΥΣΤΕΩΝ ΚΟΚΚΥΓΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΡ), ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ Λ) ΕΝΑΝ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ, ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΡΤΡΕ, ΜΕ ΜΗΚΟΣ ? 350 ΧΙΛΙΟΣΤΑ. ΕΝΕΡΓΟ ΑΚΡΟ 4 ΕΚΑΤΟΣΤΑ, ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 40-43 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ, ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 5 ΧΙΛΙΟΣΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΙΩΝ. ΣΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΒΛΑΒΗ: 6,7,8, ΚΑΙ 9 ΡΡΕΝΟΗ , Β) ΕΝΑ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΚΤΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ , Γ) ΕΝΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΓΓΙΟΥ, Δ) ΜΙΑΣ ΠΛΑΚΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΩΓΙΜΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ, Ε) ΜΙΑΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΜΕ ΖΕΛ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤ) ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΜΕ ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ</p>	5 ΤΜΧ

*ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ (ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΟΣΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.)