

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΕΣ

1. Σύνθεση: σενδονόπανο τύπου κάμποτ χρώματος πράσινου, 100% βαμβακερό, προδιαγραφών Υπουργείου Εμπορίου Νο 210, με ανεξίτηλη βαφή.
2. Το ύφασμα να είναι ελεύθερο από κόλλα, υποαλλεργικό, αντιστατικό, με επεξεργασία αντι-χνουδιάσματος για να μην απελευθερώνει ινίδια, όπως προβλέπουν οι Κοινοτικές Οδηγίες, και να αποτελεί φραγμό κατά των μικροβίων.
3. Οι μπλούζες να είναι μακριές, με στρογγυλή λεμόκοψη και αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη.
4. Το κλείσιμο της μπλούζας να είναι κάθετο με κορδόνια (φαρδιάς φακαρόλας ή ιδίου υφάσματος φαρδιά) σχετικού μήκους κατά μήκους της πλάτης. Το ένα κομμάτι της μπλούζας να έχει προέκταση υφάσματος (σχετικό με το μέγεθος της) ώστε να καταλήγει να καλύπτει το απέναντι οπισθο-πλαινό τμήμα της μπλούζας. Να υπάρχει ζώνη (ιδίου υφάσματος) της οποίας η μία άκρη να είναι ραμμένη στη μέση μπροστά στην κοιλιακή χώρα και η άλλη άκρη να είναι ραμμένη στο μέσο της όπισθεν προέκτασης, ώστε να καταλήγει να δένονται μαζί μπροστά ακολουθώντας τα πρότυπα του αποστειρωμένου πεδίου στο χειρουργικό τραπέζι.
5. Να φέρουν μανίκια (αναλόγως του μεγέθους της ρόμπας) με ελαστική μανσέτα μεγάλης αντοχής.
6. Να διατίθενται σε μεγέθη X-LARGE.
7. Υψηλής αντοχής στο πλύσιμο σε υψηλές θερμοκρασίες (90-95°C). Με σταθερότητα χρωματισμού στο νερό, το χλώριο και την έντονη πλύση.
8. Να αποστειρώνονται σε Κλίβανο Ατμού.
9. Όλες οι ραφές να είναι με πλακοραφή ασφαλείας.
10. Με επεξεργασία κατάλληλη ώστε οι μπλούζες να μην μαζεύουν στο πλύσιμο.
11. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE MARK από τον Ε.Ο.Φ. (ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και ISO 9001:2008 της προμηθεύτριας εταιρείας.
12. **Απαραίτητη** η κατάθεση δείγματος. Τα δείγματα να είναι ενδεικτικά της ποιότητας υφάσματος, απόχρωσης και ραφής.
13. Η προμήθεια να είναι όμοια με το δείγμα χωρίς καμία παρέκκλιση.
14. Ο προμηθευτής να φέρει πιστοποιητικό εργαστηρίου κατασκευής προς απόδειξη της σύνθεσης.