

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

1.ΑΙΤΗΜΑ

Παρακαλούμε να μας χορηγήσετε το κάτωθι υλικό:(λεπτομερής περιγραφή, ποσότητα, λόγος προμήθειας, ενδεικτική αξία)

ΤΡΟΧΙΑΝΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΝΕ ΑΡΘΡΩ
ΒΡΑΧΙΩΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΣΑ

Ο ΠΑΡΩΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΑΝΣΑΚΕΡΙΑΣ

ΚΑΙ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Κομοτηνή 12/6/2026
Ο Προϊστάμενος ή Υπεύθυνος Τμήματος

ΜΗΤΑΚΕΥΣΤΕΡΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Ε.Π.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΡΙΑΚΟ

2.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

α) Υπάρχει σχετικό υλικό (αριθ. Σύμβασης.....)

β) Δεν υπάρχει το σχετικό υλικό λόγω:

γ) Το ζητούμενο υλικό είναι Νέο.

δ) Συνολική δαπάνη επισκευής είναι

Κομοτηνή / /2026

Ο Υπόλογος Διαχειριστής Η Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος Ο Δ/ΝΤΗΣ

3.ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κ.Α.....Περιγραφή κωδικού:.....
Υπέρβαση κωδικού :ΝΑΙ / ΟΧΙ

4.ΠΡΑΞΗ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ο Διοικητής λαβών υπόψη την αίτηση, βεβαίωση και την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του τμήματος

Αποφασίζει

ΕΓΚΡΙΝΕΙ Ή ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΙ την δαπάνη

Κομοτηνή / /2026
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Ο προβολέας να είναι τύπου LED, κατάλληλος για την εξέταση των ασθενών.
2. Να φέρει βραχίονα αρθρωτής σύνδεσης και μηχανικής τριβής σε δυο σημεία τουλάχιστον επιτρέποντας την εύκολη σταθεροποίηση στην επιθυμητή θέση. Ο ανακλαστήρας επιπλέον να είναι περιστρεφόμενος.
3. Να διαθέτει ανεξάρτητα LED με διάρκεια ζωής 60.000 ώρες τουλάχιστον.
4. Να εξασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία ακόμα και στην περίπτωση βλάβης ενός LED.
5. Να παρέχει χαμηλή θερμική επιβάρυνση επί του φωτεινού πεδίου.
6. Η ένταση φωτισμού να είναι τουλάχιστον 70.000 lux σε απόσταση 50cm. Να υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης του φωτισμού από περίπου 5% έως 100%.
7. Η θερμοκρασία χρώματος σε απόσταση ενός μέτρου να είναι τουλάχιστον 4.000 Kelvin.
8. Η διάμετρος του φωτιζόμενου πεδίου να είναι 130 mm περίπου.
9. Η διάμετρος κατόπτρου να είναι 90mm περίπου.
10. Ο Δείκτης αποδιδόμενου χρώματος (CRI): 95 τουλάχιστον.
11. Η Τάση λειτουργίας 220 V / 50-60 Hz. Η κατανάλωση ισχύος να είναι χαμηλή .
12. Να φέρει αντιμικροβιακή επεξεργασία σε όλα τα βαμμένα μέρη του, για αποτελεσματική προστασία από επιβλαβή βακτήρια και εξασφάλιση της ασηψίας. Να κατατεθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
13. Να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας.
14. Να είναι τροχήλατος σε πεντακτινωτή βάση με φρένα.
15. Να κατατεθεί prospectus του κατασκευαστικού οίκου που να αποδεικνύονται τα παραπάνω .
16. Η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 14001 και να είναι ενταγμένη σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.4819/2021 και την Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π. 23615/651/Ε.103.

17. Η προμηθεύτρια εταιρία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 13485 για εμπορία και τεχνική υποστήριξη.
18. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001, ISO 13485 και ISO 14001 και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποίηση CE. *(Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)*

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Να πληρεί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας και να φέρει απαραίτητως πιστοποιητικό ISO ή TUV και την σήμανση CE-MARK, σύμφωνα με την οδηγία 93/42 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Να υπάρχει τέλος υπεύθυνο SERVICE και ανταλλακτικά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 χρόνια .
3. Να συνοδεύεται από τα επίσημα εργοστασιακά προσπέκτους στα ελληνικά. Τα εγχειρίδια να είναι χειρισμού αλλά και τεχνικού.
4. Να έχει εγγύηση λειτουργίας δυο (2) έτη

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουν:

A.Τι περιλαμβάνει (υλικά ή εργασίες επισκευής ή και εργασίες προληπτικής συντήρησης ή και όλα αυτά)

B.Ποιες περιπτώσεις δεν εμπίπτουν στην εγγύηση

5. Ο προμηθευτής να αναλάβει την πλήρη τοποθέτηση του μηχανήματος σε πλήρη λειτουργία και την επίδειξη του μηχανήματος στο χώρο εργασίας του, στο προσωπικό του Νοσοκομείο μας.
6. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει τεχνικό του Νοσοκομείου στην συντήρηση και στις επισκευές του μηχανήματος όπως να παραδώσει τα ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά και μηχανολογικά σχέδια του μηχανήματος
7. Ο προμηθευτής να προσκομίσει πλήρη **τιμοκατάλογο ανταλλακτικών** του μηχανήματος
8. Ο προμηθευτής να προσκομίσει **κατάλογο των Νοσοκομείων** στα οποία λειτουργεί το προσφερόμενο μηχάνημα

9. Ο προμηθευτής να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση κατασκευής μοντέλου και κυκλοφορίας στο εμπόριο του προσφερόμενου μηχανήματος
10. Να διαθέτει ειδική αντιπαρασπαστική μονάδα έτσι ώστε να μην επηρεάζει την εικόνα των monitors ούτε να επηρεάζεται από τη χρήση απινιδωτών
11. Να υπάρχει αποδεδειγμένα εξειδικευμένο προσωπικό τόσο για την τεχνική υποστήριξη όσο και για την εκπαίδευση του συστήματος με έδρα στην βόρεια Ελλάδα . Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με πιστοποιητικά του κατασκευαστικού οίκου.

Με ποινή απόρριψης, να δοθεί φύλλο συμμόρφωσης, στις παρούσες προδιαγραφές, με τήρηση της ίδιας αρίθμησης και με τις ανάλογες παραπομπές στα επίσημα και πρωτότυπα ξενόγλωσσα φυλλάδια του οίκου .

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text in Greek, including the words "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ" and "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ", along with a date "15/05/2012".