

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΦΟΡΕΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ**

ΟΜΑΔΑ Α' – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ		
Τεχνική Προδιαγραφή		Συντελεστής Βαρύτητας
1. ΦΟΡΕΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ		70%
1.1 Να αποτελείται από τρία μέρη: - σταθερή βάση διαστάσεων 1200 x 650mm περίπου - κεντρική κολώνα μεταβολής ύψους - επιφάνεια κατάκλισης πολύσπαστη	Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση	3,89%
1.2 Να δέχεται οπωσδήποτε ασθενείς με βάρος περίπου 200 κιλά.	Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση	3,89%
1.3 Να έχει υδραυλική μεταβολή ύψους από περίπου 65 έως περίπου 100 εκ. (με το στρώμα).	Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση	3,89%
1.4 Η βάση του φορείου να είναι χαλύβδινη και επικαλυμμένη με ειδικό μορφοποιημένο πολυμερές υλικό. Όλες οι βίδες και οι σύνδεσμοι να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.	Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση	3,89%
1.5 Να διαθέτει τέσσερις (4) τροχούς περίπου Ø 200mm για εύκολη ολίσθηση, με σύστημα κεντρικού μπλοκαρίσματος. Οι δύο τροχοί να είναι κατευθυντήριοι και να υπάρχει ποδοδιακόπτης ελέγχου σε κάθε γωνία.	Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση	3,89%
1.6 Η επιφάνεια του φορείου να είναι σε όλο ο μήκος της ακτινοδιαπερατή και να δέχεται στρώμα πάχους περίπου 8 εκ. δύο συστατικών (ένα υλικό αφρώδες υψηλής πυκνότητας και επιστρωση περίπου 2 εκ από ελαστικό υλικό).	Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση	3,89%
1.7 Το στρώμα να είναι καλυμμένο με αντιπυρική ταπετσαρία.	Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση	3,89%
1.8 Η επιφάνεια να διαιρείται σε τέσσερα τμήματα. Τμήμα πλάτης με δυνατότητες κλίσης έως περίπου 80ο τμήμα λεκάνης και διπλό τμήμα ποδιών με άρθρωση γονάτων (knee – flex).	Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση	3,89%
1.9 Το στρώμα να είναι προσθαφαιρούμενο – αντιμικροβιακό και ειδικό για κατακλίσεις (κατανομή πιέσεων).	Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση	3,89%
1.10 Να διαθέτει στατώ ορού τηλεσκοπικού τύπου.	Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση	3,89%
1.11 Στα τέσσερα άκρα (γωνίες) να είναι εξοπλισμένο με προστατευτικούς προσκρουστήρες.	Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση	3,89%
1.12 Να διαθέτει πτυσσόμενες χειρολαβές μεταφοράς και 4 θέσεις για τοποθέτηση αξεσουάρ στις γωνίες του φορείου.	Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση	3,89%
1.13 Να διαθέτει πλευρικές ράγες για τοποθέτηση αξεσουάρ (στήριγμα βραχίονα κλπ).	Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση	3,89%
1.14 Να διαθέτει και από τις δύο πλευρές πτυσσόμενα ανοξείδωτα οπωσδήποτε προστατευτικά κάγκελα.	Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση	3,89%
1.15 Να λαμβάνει θέση Trendeleburg περίπου (+ 8°) και R. Trendeleburg περίπου (- 14°).	Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση	3,89%
1.16 Να έχει διαστάσεις εξωτερικές 190 x 810 εκ. και διαστάσεις επιφάνειας 190 x 65 εκ., από τα οποία τα 160 x 50 εκ. να είναι ακτινοδιαπερατά.	Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση	3,89%
1.17 Να διαθέτει προαφαιρούμενη βάση τοποθέτησης φιάλης O ₂ .	Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση	3,89%

<p>1.18 Να μπορεί να εξοπλισθεί με επιπλέον αξεσουάρ όπως:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Βάση μόνιτορ και εγγράφων - Στήριγμα βραχίονα μέσω ειδικού (clamp) σφικτήρα - Καλάθι ρούχων με επιλογή τοποθέτησης στα πλάγια ή εμπρός και ανάλογες διαστάσεις (να αναφερθούν) - Πέμπτος τροχός για επιτόπιες περιστροφές <p>(Να προσφερθούν κατ' επιλογή)</p>	<p>Να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση</p>	<p>3,89%</p>
ΣΥΝΟΛΟ Α' ΟΜΑΔΑΣ		70%

ΟΜΑΔΑ Β' – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ		
B.1	Χρόνος Παράδοσης	4,00 %
B.2	Εγγύηση καλής λειτουργίας	7,00 %
B.3	Ανταλλακτικά για 10 χρόνια	6,00 %
B.4	Συμβόλαιο Συντήρησης μετά το χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας	6,00 %
B.5	Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία Τεχνικής Υποστήριξης	4,00 %
B.6	Εγκατάσταση & Εκπαίδευση Προσωπικού και Τεχνικής Υπηρεσίας	3,00 %
ΣΥΝΟΛΟ Β' ΟΜΑΔΑΣ		30%

ΣΥΝΟΛΟ Α' ΚΑΙ Β' ΟΜΑΔΑΣ		100%
--------------------------------	--	-------------

Σημ.: Σε σχέση με την ανάλυση της βαθμολογίας που εμφανίζεται στον παραπάνω πίνακα, σημειώνουμε ότι η βάση της βαθμολογίας για κάθε στοιχείο είναι το 100, όταν καλύπτονται ακριβώς οι απαραίτητοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως τους 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Να πληρεί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας και να φέρει απαραίτητως πιστοποιητικό ISO ή TUV και την σήμανση CE-MARK, σύμφωνα με την οδηγία 93/42 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Να υπάρχει υπεύθυνο SERVICE και ανταλλακτικά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 χρόνια.
3. Να συνοδεύεται από τα επίσημα εργοστασιακά προσπέκτους στα ελληνικά. Τα εγχειρίδια να είναι χειρισμού αλλά και τεχνικού.
4. Να έχει εγγύηση λειτουργίας δυο (2) έτη , για την οποία **ιδιαίτερα ενδιαφέρουν:**
 - Τι περιλαμβάνει (υλικά ή εργασίες επισκευής ή και εργασίες προληπτικής συντήρησης ή και όλα αυτά)
 - Ποιες περιπτώσεις δεν εμπίπτουν στην εγγύηση
 - Ο χρόνος άφιξης του τεχνικού της προμηθεύτριας εταιρείας, σε περίπτωση αναγγελίας βλάβης
 - Ο μέγιστος χρόνος μη λειτουργίας του μηχανήματος λόγω βλαβών (down time). Για κάθε μέρα υπέρβασης του παραπάνω ορίου θα επεκτείνεται το χρονικό διάστημα της εγγύησης κατά 20 μέρες.
5. Ο προμηθευτής να αναλάβει την πλήρη τοποθέτηση του μηχανήματος σε πλήρη λειτουργία και την επίδειξη του μηχανήματος στο χώρο εργασίας του, στο προσωπικό του Νοσοκομείου μας.
6. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει τεχνικό του Νοσοκομείου στην συντήρηση και στις επισκευές του μηχανήματος όπως να παραδώσει τα ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά και μηχανολογικά σχέδια του μηχανήματος.
7. Ο προμηθευτής να προσκομίσει πλήρη **τιμοκατάλογο ανταλλακτικών** του μηχανήματος.
8. Ο προμηθευτής να προσκομίσει **κατάλογο των Νοσοκομείων** στα οποία λειτουργεί το προσφερόμενο μηχάνημα.
9. Ο προμηθευτής να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση κατασκευής μοντέλου και κυκλοφορίας στο εμπόριο του προσφερόμενου μηχανήματος.
10. Για χρονικό διάστημα 10 χρόνων από την αγορά του μηχανήματος, σε περίπτωση βλάβης και επισκευής του εκτός του Νοσοκομείου μας και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, η εταιρεία οφείλει να το αντικαταστήσει με δικό της μηχάνημα, ίδιου τύπου.
11. Να υπάρχει αποδεδειγμένα εξειδικευμένο προσωπικό τόσο για την τεχνική υποστήριξη όσο και για την εκπαίδευση του συστήματος στην Ελλάδα, του οποίου η έδρα (πόλη) θα αξιολογηθεί. Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με πιστοποιητικά του κατασκευαστικού οίκου.
12. Η παράδοση του υπό προμήθεια είδους καθορίζεται σε **εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, στο χώρο εγκατάστασής του στο Νοσοκομείο, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή.
13. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει οπωσδήποτε στην οικονομική του προσφορά, με ποινή αποκλεισμού, την συγκεκριμένη ετήσια τιμή των εξόδων συντήρησης (πλήρες σέρβις με ανταλλακτικά), για το πρώτο έτος μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ενώ στη συνέχεια η τιμή θα αναπροσαρμόζεται – αναθεωρείται ετησίως, ως κατωτέρω αναφέρεται, μέχρι συμπλήρωσεως συνολικά δεκαετίας από την εγκατάστασης-παράδοσης σε λειτουργία του μηχανήματος.
14. Οι προσφερόμενες αρχικές αντίστοιχες ετήσιες τιμές θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες και να αναθεωρούνται-αναπροσαρμόζονται ανά έτος μέχρι την συμπλήρωση δεκαετίας, σύμφωνα με τον επίσημο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Με ποινή απόρριψης, να δοθεί φύλλο συμμόρφωσης, στις παρούσες προδιαγραφές, με τήρηση της ίδιας αρίθμησης και με τις ανάλογες παραπομπές στα επίσημα prospectus του κατασκευαστικού οίκου