

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΥ
(χρήση σε ΤΕΠ)

1. Το μηχάνημα να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, μικρού όγκου και βάρους.
2. Να λειτουργεί με τάση 220 V/ 50 HZ και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία η οποία να τίθεται σε λειτουργία σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος ή κατά τη μετακίνηση του μηχανήματος συνδεδεμένο με ασθενή κατά την εξέταση στο Τ.Ε.Π.
3. Να γίνεται μέτρηση και απεικόνιση του CO₂ στα εισπνεόμενα και εκπνεόμενα αέρια του ασθενούς.
4. Να μετρά και να εμφανίζει τόσο αριθμητικά όσο και σε καμπύλες το CO₂ και την αναπνευστική συχνότητα.
5. Να διαθέτει ψηφιακή ένδειξη και οπτικοακουστικό σύστημα συναγερμού σε κάθε παράμετρο, με δυνατότητα ρύθμισης ανώτερων και κατώτερων ορίων. Επίσης τα όρια να μπορούν να τοποθετηθούν αυτόματα.
6. Να είναι κατάλληλο για νεογνά, παιδιά και ενήλικες.
7. Να έχει εγγύηση δυο (2) χρόνων και κατά το διάστημα αυτό η προμηθεύτρια εταιρεία θα είναι υποχρεωμένη να κάνει απαραίτητα εξάμηνα πλήρη service (εργασία και ανταλλακτικά, πλην αναλωσίμων), όπως επίσης και κάλυψη ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια .
8. Στην προσφορά του προμηθευτή θα δίνετε απαραίτητα περιγραφή των όρων αυτής της εγγυήσεως (2 χρόνων)
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουν:
 - A. Τι περιλαμβάνει (υλικά ή εργασίες επισκευής ή και εργασίες προληπτικής συντήρησης ή και όλα αυτά)
 - B. Ποιες περιπτώσεις δεν εμπίπτουν στην εγγύηση
 - Γ. Ο χρόνος άφιξης του τεχνικού της προμηθεύτριας εταιρείας, σε περίπτωση αναγγελίας βλάβης
 - Δ. Ο μέγιστος χρόνος μη λειτουργίας του μηχανήματος λόγω βλαβών (down time)
 - E. Για κάθε μέρα υπέρβασης του παραπάνω ορίου θα επεκτείνεται

το χρονικό διάστημα της εγγύησης κατά 20 μέρες.

Z. Το μηχάνημα να πληροί όλα τα διεθνή στάνταρ και ISO όπως και να φέρει σφραγίδα CE.

9. Να διαθέτει τη δυνατότητα σύνδεσης με τροφοδοσία 12V ασθενοφόρου, κατά τη χρήση του σε διακομιδή.

10. Ο προμηθευτής να αναλάβει την τοποθέτηση και επίδειξη του μηχανήματος στο χώρο εργασίας του, στο προσωπικό του Νοσοκομείου μας.

11. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει τεχνικό του Νοσοκομείου στην συντήρηση και στις επισκευές του μηχανήματος .

12. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να παραδώσει τα εγχειρίδια χειρισμού και service στα ελληνικά

13. Ο προμηθευτής να προσκομίσει πλήρη **τιμοκατάλογο ανταλλακτικών** του μηχανήματος

14. Ο προμηθευτής να προσκομίσει **κατάλογο των Νοσοκομείων** στα οποία λειτουργεί το προσφερόμενο μηχάνημα

15. Ο προμηθευτής να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση κατασκευής μοντέλου και κυκλοφορίας στο εμπόριο του προσφερόμενου μηχανήματος.

Με ποινή απόρριψης, να δοθεί φύλλο συμμόρφωσης, στις παρούσες προδιαγραφές, με τήρηση της ίδιας αρίθμησης και με τις ανάλογες παραπομπές σε επίσημα έγγραφα –prospects- του οίκου κατασκευής που θα επαληθεύουν αυτό (φυλ. συμμορ.)