

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ/ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, πλήρης και να λειτουργεί με ρεύμα 220V/50Hz αλλά να διαθέτει και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για καλύπτει την λειτουργία της συσκευής σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
2. Να είναι μικρού βάρους και όγκου.
3. Να διαθέτει τροχήλατη στιβαρή βάση (κατά προτίμηση πεντακτινωτή για σταθερότητα) με καλάθι τοποθέτησης παρελκομένων, αντιστατικούς τροχούς και χειρολαβή μεταφοράς.
4. Να διαθέτει ανεξάρτητο φορτιστή.
5. Να μπορεί να εκτελεί έως και 200 περίπου μετρήσεις μετά από την πλήρη φόρτιση της. Να διαθέτει ένδειξη κατάστασης φόρτισης συσσωρευτού.
6. Να έχει μεγάλη ακρίβεια μέτρησης πίεσης (Να αναφερθούν τα στάνταρ που πληροί).
7. Να μπορεί να εκτελεί μετρήσεις πίεσης, είτε με χειροκίνητη (manual) μέθοδο είτε με αυτόματη μέθοδο.
8. Να διαθέτει μεγάλη γκάμα επιλογής διαστημάτων μέτρησης της πίεσης, με τη δυνατότητα επιλογής συνεχούς μέτρησης και μέτρηση της μέσης αρτηριακής πίεσης.
9. Να διαθέτει μέτρηση κορεσμού οξυγόνου (SpO₂) με αισθητήρα δακτύλου, ο οποίος θα συμπαραδίδεται.
10. Να διαθέτει πλήρη γκάμα αισθητήρων SpO₂ με αναλυτικό κατάλογο τιμών ο οποίος θα αναφερθεί. Να αναφερθεί η ακρίβεια μέτρησης SpO₂.
11. Να έχει προγραμματιζόμενα alarm (ακουστικά και οπτικά) για:
 - υψηλή/ χαμηλή διαστολική πίεση
 - υψηλή/ χαμηλή συστολική πίεση
 - υψηλό/ χαμηλό καρδιακό ρυθμό

-υψηλή/ χαμηλή τιμή κορεσμού οξυγόνου

12. Να έχει μνήμη μετρήσεων όλων των παραμέτρων (τουλάχιστον 100 σελ).

13. Να αναφερθεί η ακρίβεια μέτρησης του καρδιακού ρυθμού είτε μέσω του κορεσμού οξυγόνου είτε μέσω της αλγοριθμικής λήψης με την μέθοδο μέτρησης πίεσης.

14. Να αναφερθεί το εύρος πίεσης περιχειρίδας το οποίο να είναι ρυθμιζόμενο,

15. Να διαθέτει έξοδο RS 232 για σύνδεση με PC ή εξωτερικό εκτυπωτή.

16. Να διαθέτει ευδιάκριτες ψηφιακές ενδείξεις όλων των τιμών.

17. Να μπορεί να δεχθεί περιχειρίδες για παιδιά, ενήλικες και παχύσαρκα άτομα και να συμπαραδίδεται με δύο περιχειρίδες.

18. Να έχει εγγύηση δύο (2) χρόνων και κατά το διάστημα αυτό η προμηθεύτρια. Στην προσφορά του προμηθευτή θα δίνετε απαραίτητα περιγραφή των όρων αυτής της εγγυήσεως (2 χρόνων)

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουν:

A. Τι περιλαμβάνει (υλικά ή εργασίες επισκευής ή και εργασίες προληπτικής συντήρησης ή και όλα αυτά)

B. Ποιες περιπτώσεις δεν εμπίπτουν στην εγγύηση

Γ. Ο μέγιστος χρόνος μη λειτουργίας του μηχανήματος λόγω βλαβών (down time)

Δ. Για κάθε μέρα υπέρβασης του παραπάνω ορίου θα επεκτείνεται το χρονικό διάστημα της εγγύησης κατά 20 μέρες.

19. Είναι απαραίτητη η κάλυψη ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια .

20. Να συνοδεύεται από τα επίσημα εργοστασιακά προσπέκτους, στα ελληνικά. Τα εγχειρίδια να είναι χειρισμού αλλά και τεχνικού.

21- Το μηχάνημα να πληροί όλα τα διεθνή στάνταρ και ISO όπως και να φέρει σφραγίδα CE.

22- Ο προμηθευτής να αναλάβει την τοποθέτηση και επίδειξη του μηχανήματος στο χώρο εργασίας του, στο προσωπικό του Νοσοκομείο μας.

23- Ο προμηθευτής να προσκομίσει πλήρη τιμοκατάλογο ανταλλακτικών του μηχανήματος

24-Ο προμηθευτής να προσκομίσει κατάλογο των Νοσοκομείων στα οποία λειτουργεί το προσφερόμενο μηχάνημα

25.Ο προμηθευτής να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση κατασκευής μοντέλου και κυκλοφορίας στο εμπόριο του προσφερόμενου μηχανήματος

Με ποινή απόρριψης, να δοθεί φύλλο συμμόρφωσης, στις παρούσες προδιαγραφές, με τήρηση της ίδιας αρίθμησης και με τις ανάλογες παραπομπές